



# ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “СКЛОПРИЛАД”

Система управління якістю  
сертифікована у відповідності до  
вимог стандартів ISO 9001:2015,  
ДСТУ EN ISO 13485:2018

вул. Озерна, 18, м. Заводське, Полтавська обл., 37240



IVD

## СЕРТИФІКАТ №193 якості виробника на виріб

### Пробірка скляна центрифужна ПЦГ-10-0,2

| № з/п | Найменування показника | Відповідає за якістю вимогам<br>ТУ У 23.1-14307481-061:2017                                                                                                          |
|-------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Призначення виробу     | Призначені для проведення лабораторних робіт в медичних, хімічних, біологічних та інших лабораторіях.                                                                |
| 2     | Місткість, мл          | 10                                                                                                                                                                   |
| 3     | Ціна поділки шкали, мл | 0,2                                                                                                                                                                  |
| 4     | Зовнішній вигляд       | Краї пробірок рівно обрізані, оплавлені або злегка розвернуті. Цифри, написи та поділки чіткі та стійкі в умовах експлуатації. Градуйовані по нижньому краю меніска. |
| 5     | Матеріал               | Скло хіміко-лабораторне.                                                                                                                                             |
| 6     | Висота, мм             | 105 <sup>+5</sup> <sub>-1</sub>                                                                                                                                      |
| 7     | Пакування              | По 100 шт. в коробці в окремих комірках                                                                                                                              |
| 8     | Термін використання    | До фізичного зношення.                                                                                                                                               |

Пробірки скляні центрифужні виготовлені у відповідності з вимогами «Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики *in vitro*», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 02.10.2013 №754, що підтверджено Декларацією про відповідність № 8/2017 версія 3 від 02.02.2023.

Заступник голови правління  
ПРАТ "СКЛОПРИЛАД"

(особистий підпис)

08.08.2023

(дата)

Володимир ПУЗЕНКО



Заступник начальника відділу  
системи управління якістю та  
технічного контролю

(особистий підпис)

08.08.2023

(дата)

Людмила СКРИПНИК