



ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “СКЛОПРИЛАД”

Система управління якістю
сертифікована у відповідності до
вимог стандартів ISO 9001:2015,
DSTU EN ISO 13485:2018

вул. Озерна, 18, м. Заводське, Полтавська обл., 37240




IVD

СЕРТИФІКАТ №207 якості виробника на виріб Пробірка скляна центрифужна ПЦ-10

№ з/п	Найменування показника	Відповідає за якістю вимогам ТУ У 23.1-14307481-061:2017
1	Призначення виробу	Призначені для проведення лабораторних робіт в медичних, хімічних, біологічних та інших лабораторіях.
2	Місткість, мл	10
3	Зовнішній вигляд	Краї пробірок рівно обрізані, оплавлені або злегка розвернуті. Цифри, написи та поділки чіткі та стійкі в умовах експлуатації. Градуировані по нижньому краю меніска.
4	Матеріал	Скло хіміко-лабораторне.
5	Висота, мм	105 ⁺⁵ ₋₁
6	Пакування	По 100 шт. в коробці в окремих комірках
7	Термін використання	До фізичного зношення.

Пробірки скляні центрифужні виготовлені у відповідності з вимогами «Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики *in vitro*», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 02.10.2013 №754, що підтверджено Декларацією про відповідність № 8/2017 версія 3 від 02.02.2023.

Заступник голови правління
ПРАТ "СКЛОПРИЛАД"



(особистий підпис)

11.08.2023
(дата)

Володимир ГУЗЕНКО



Заступник начальника відділу
системи управління якістю та
технічного контролю


(особистий підпис)

11.08.2023
(дата)

Людмила СКРИПНИК