



ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “СКЛОПРИЛАД”

Система управління якістю
сертифікована у відповідності до
вимог стандартів
ДСТУ EN ISO 9001:2018,
ДСТУ EN ISO 13485:2018

вул. Озерна, 18, м. Заводське, Полтавська обл., 37240



UA.TR.113

СЕРТИФІКАТ № 438 якості виробника

Гігрометр психрометричний ВИТ-2

№ з/п	Найменування показника	Відповідає за якістю вимогам ТУ 3 України 14307481.001-92
1	Позначення партії	B2508
2	Дата виготовлення	Серпень 2025
3	Призначення виробу	Застосовується для вимірювання температури та визначення відносної вологості повітря в приміщеннях
4	Діапазон вимірювань температури сухого та зволоженого термометрів, °C	Від 15 до 40
5	Діапазон вимірювань відносної вологості, %	Від 54 до 90 при температурі від 20 до 23°C Від 40 до 90 при температурі від 23 до 26°C Від 20 до 90 при температурі від 26 до 40°C
6	Зовнішній вигляд	На корпусі-основі відсутні тріщини, облой і т.п. Шкальна пластина виготовлена з матеріалу, який не деформується у вимірювальному діапазоні температур. Краї живильника оплавлені і не мають сколів та гострих країв.
7	Матеріали, з яких виготовлено гігрометр	Корпус-основа – полістирол; Шкальна пластина та психрометрична таблиця – полімерний матеріал; Капіляр – скло термометричне; Живильник – скло; Гніт – шифон бавовняний вибілений гладкофарбований; Термометрична рідина - толуол.
8	Габаритні розміри, не більше, мм	325x120x50
9	Вага, не більше, г	150
10	Пакування	Індивідуальне, коробка картонна, що містить 1 шт.

ПРАВИЛА ЕКСПЛУАТУВАННЯ: гігрометри повинні експлуатуватися в приміщеннях при температурі навколишнього повітря від 0 до 40 °C; відносній вологості від 20% до 90%; відсутності впливу прямих сонячних променів та джерел тепла.

Гігрометри психрометричні ВИТ-2 виготовлені у відповідності з вимогами «Технічного регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №94 від 13.01.2016.

Заступник голови управління
ПрАТ "СКЛОПРИЛАД"

(підпис)
(особистий підпис)

Людмила СКРИПНИК



Заступник начальника відділу СУЯ та
ТК з питань технічного контролю

(підпис) Тетяна ПРОНЬ
(особистий підпис)

29.08.2025
(дата)