



ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “СКЛОПРИЛАД”

Система управління якістю
сертифікована у відповідності до
вимог стандартів
ДСТУ EN ISO 9001:2018,
ДСТУ EN ISO 13485:2018

вул. Озерна, 18, м. Заводське, Полтавська обл., 37240



IVD

СЕРТИФІКАТ № 68 якості виробника

Пробірка скляна центрифужна градуйована ПЦГ-10-0,2

№ з/п	Найменування показника	Відповідає за якістю вимогам ТУ У 23.1-14307481-061:2017
1	Позначення партії	112024
2	Призначення виробу	Призначені для проведення лабораторних робіт в медичних, хімічних, біологічних та інших лабораторіях
3	Місткість, мл	10
4	Ціна поділки шкали, мл	0,2
5	Зовнішній вигляд	Краї пробірок рівно обрізані, оплавлені або злегка розвернуті. Цифри, написи та поділки чіткі та стійкі в умовах експлуатації. Градуйовані по нижньому краю меніска
6	Матеріал	Скло хіміко-лабораторне
7	Висота, мм	105 ⁺⁵ ₋₁
8	Пакування	По 100 шт. в коробці в окремих комірках
9	Термін використання	До фізичного зношення

ПРАВИЛА ЕКСПЛУАТУВАННЯ: перед початком експлуатації пробірки, які транспортувалися при мінусових температурах, необхідно витримати в пакуванні при нормальних кліматичних умовах не менше 2 годин.

Пробірки скляні центрифужні виготовлені у відповідності з вимогами «Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики *in vitro*», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 02.10.2013 №754, що підтверджено Декларацією про відповідність № 8/2017 версія 3 від 02.02.2023.

Заступник голови правління
ПрАТ "СКЛОПРИЛАД"

Мартин
(особистий підпис) **Тетяна СКРИПНИК**

(дата)

Заступник начальника відділу СУЯ та
ТК з питань технічного контролю

Тетяна
(особистий підпис) **Тетяна ПРОНЬ**

(дата)



12.03.2025