

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

За запитом української компанії ТОВ «ЛІА МЕД», даним листом ми підтверджуємо, що наша продукція була виготовлена відповідно стандартів якості країни Покупця.

Кат. номер	Найменування	⌚	LOT	Дата виробництва
234614	Пробірка вакуумна для збору крові VACUSERA®, 4мл, з КЗ ЕДТА, 13х75мм, стерильна, з бузовою кришкою, IVD	2026-10	01839.04.25	2025-04

Матеріал пробірки	ПЕТ (поліетилентерефталат)
Матеріал кришки	Пробка з бутылкаучуку та зовнішній ковпачок з поліетилену бузового кольору
Етикетка	Так. Паперова
Стерилізація:	Стерильно (гамма випромінювання)
Призначення	для in vitro діагностики
Загальні характеристики	Фізіологічно нешкідливі. Лише для одноразового використання
Ділення	Мітка рівня наповнення крові
Пакування	100 шт в одноразовому штативі; 12 штативів в гофро ящику

Пробірки з ЕДТА-К2 та ЕДТА-К3 використовуються для дослідження цільної крові у гематології. Пробірки з ЕДТА VACUSERA® можуть використовуватися для рутинних імуногематологічних досліджень (тобто групування еритроцитів), визначення резус-приналежності та серологічного тестування, дослідження маркерів вірусів у скринінгових лабораторіях. Внутрішня сторона стінки пробірки вкрита ЕДТА-К2 або ЕДТА-К3. ЕДТА зв'язує іони кальцію, тим самим блокуючи систему згортання крові. Клінічний аналіз крові слід проводити упродовж 3 годин після забору крові.

Пробірки використовуються для аналізу цільної крові у клінічній гематологічній лабораторії упродовж 24 годин при кімнатній температурі. Пробірки з ЕДТА-К2/гелем VACUSERA® використовуються для дослідження плазми у молекулярній діагностиці та визначення вірусного навантаження.

Об'єм забору	Тип пробірки	Опис	Змішування	Швидкість та час центрифугування
1 мл/2 мл/3 мл/4 мл/4,5 мл/6 мл/9 мл	ЕДТА	Гематологічний аналіз	8 - 10 разів	

Виготовлено під знаком CE – відповідно до директиви 98/79/EC
Виробник та товар відповідають всім вимогам ISO 13485 та ISO 9001.



Продавець/виробник: DISERA TIBBİ MALZEME LOJİSTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İBNİ MELEK OSB MAH. TOSBİ YOL 5 SOKAK NO:46 TİRE - İZMİR - TURKEY офіс: 5758 SOKAK NO: 4 / F , KARABAĞLAR – İZMİR - TURKEY	Уповноважений представник виробника в Україні: Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛІА МЕД", Україна, 04210, м. Київ, пр-т Героїв Сталінграда, 2-Г, кор.1.
---	--

DISERA TIBBİ MALZEME LOJİSTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GAZİEMİR V.D. : 301 053 3601 Tic.Sic.No : Merkez 123171 K – 10769 Mersis No : 0301053360100013

Merkez : 5758 Sok. No:4/F PK.35110 - Karabağlar / İZMİR - TÜRKİYE

Tel : +90 (0232) 264 66 68 info@disera.com.tr

Fabrika : İbni Melek O.S.B Mah. Tosbi Yol 5 Sk. No: 46 Türe / İZMİR - TÜRKİYE

Faks : +90 (0232) 264 84 00 www.disera.com.tr