

JIANGSU KANGJIN MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD.

No.56 Changzheng Road, Dongshu village, Zhenglu Town, Wujin District, Changzhou City, Jiangsu Province, 213111, China



UA.TR.099

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

Щіточка ендocerвікальна «ВОЛЕС» тип D, одноразового використання стерильна

 Партія	 Дата виробництва	 Термін придатності
20220116	2022-01	2027-01
Довжина виробу	20 см	
Ширина голівки	1,8-2,0 см	
Довжина робочої частини голівки	3,0 см	
	Центральна частина виступає на 10 мм та має шорстку поверхню для забору достатньої кількості епітелію	
Матеріал ручки	PP	
Матеріал щіточки	PE	
Стерильність	Так	
Метод стерилізації	Етилен оксид	 
Індивідуальна упаковка	Так	

Умовні позначки

	Зберігати в сухому місці
	Для одноразового застосування
	Ознайомтеся з інструкцією перед застосуванням

Виробник:

JIANGSU KANGJIN MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD.

No. 56 Changzheng Road, Dongshu village, Zhenglu Town, Wujin District, Changzhou City, Jiangsu Province, 213111, China

ДЖІАНГСУ КАНДЖІН МЕДІКАЛ ІНСТРУМЕНТ КО., ЛТД.

№56 Чангженг Род, Донгшу вїллаге, Женглу Тоун, Вуджїн Дїстрїкт, Чангжоу Сїті, Джіангсу Провїнс, 213111, Кїтай

Уповноважений представник виробника в Україні:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛА МЕД»

04210, Україна, м. Київ,

проспект Героїв Сталінграду, 2-Г, корп.1

