



ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"СКЛОПРИЛАД"

Форма з СТП 07.06

Система управління якістю
сертифікована у відповідності до
вимог стандартів
ДСТУ EN ISO 9001:2018,
ДСТУ EN ISO 13485:2018

вул. Озерна, 18, м. Заводське, Полтавська обл., 37240



СЕРТИФІКАТ № 8
якості виробника на виріб медичний
Ємкість для калу 30 мл
стерильна

№ з/п	Найменування показника	Відповідає за якістю вимогам ТУ У 22.2-14307481-059:2017
1	Позначення партії	202210
2	Дата виготовлення	2022-10
3	Мікробіологічний статус	Стерильно. Радіаційний метод
4	Призначення	Для збору, транспортування та зберігання зразків калу.
5	Матеріал	- ємкість з полімерного матеріалу; - кришка з поліетилену низького тиску
6	Зовнішній вигляд	Виріб виготовлений у вигляді порожнього напівпрозорого циліндра з герметично загвинчуваною зеленою кришкою. Кришка виконана з вмонтованою ложкою-шпателем. На ємкості виконано градуювання. Поверхня виробу чиста, гладка, без бульбашок, наскрізних отворів та тріщин.
7	Розміри, мм	- ємкість: Ø 29,5 x 81; - кришка: Ø 34 x 13; - у зібраному стані: Ø 34 x 82
8	Вага, не більше, г	8
9	Пакування	Пакет поліетиленовий, містить 1 шт.

IVD *in vitro* діагностика

⊗ Ємкість для калу 30 мл, стерильна – виріб одноразового використання.

Термін зберігання ємкостей в індивідуальній упаковці – 5 років з дати виготовлення.

Умови зберігання:



ПРАВИЛА ЕКСПЛУАТУВАННЯ: після транспортування в умовах мінусових температур ємкості в транспортній тарі повинні бути витримані в нормальних кліматичних умовах не менше 2 годин.

Заступник голови правління
ПрАТ "СКЛОПРИЛАД"


(особистий підпис) Людмила СКРИПНИК

(дата)

Заступник начальника відділу СУЯ та
ТК з питань технічного контролю


(особистий підпис) Тетяна ПРОНЬ

(дата)

16.01.2025