

JIANGSU KANGJIN MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD.

No.56 Changzheng Road, Dongshu village, Zhenglu Town, Wujin District, Changzhou City, Jiangsu Province, 213111, China



UA.TR.099

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

Сечоприймач "ВОЛЕС" 2000 мл з Т-краном стерильний

 Партія	 Дата виробництва	 Термін придатності
20230718	2023-08	2026-07
Об'єм	2000 мл	
Довжина трубки	90 ± 2 см	
Матеріал	прозорий полівінілхлорид	
Нанесення шкали	від 100 до 2000 мл (ціна поділки 100 мл)	
Зливний кран	Т-кран (хрестоподібний кран)	
Клапан для запобігання зворотньому відтоку сечі	Так	
Отвори для кріплення сечоприймача	Так, 4	
Стерильність	Так	
Метод стерилізації	Етилен оксид	 
Індивідуальна упаковка	Так	

Умовні позначки

	Зберігати в сухому місці
	Для одноразового застосування
	Ознайомтеся з інструкцією перед застосуванням

Виробник:

JIANGSU KANGJIN MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD.

No. 56 Changzheng Road, Dongshu village, Zhenglu Town, Wujin District, Changzhou City, Jiangsu Province, 213111, China

ДЖІАНГСУ КАНГДЖІН МЕДІКАЛ ІНСТРУМЕНТ КО., ЛТД.

№56 Чангженг Род, Донгшу вїллаге, Женглу Тоун, Вуджїн Дїстрїкт, Чангжоу Сїті, Джїангсу Провїнс, 213111, Кїтай

Уповноважений представник виробника в Україні:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛАМЕД»

04210, Україна, м. Київ,

проспект Героїв Сталінграду, 2-Г, корп.1

