



PLEASURE LATEX PRODUCTS SDN. BHD.
Company No.: 199601029785 (402137-W)



UA.TR.098

Сертифікат якості Презервативи латексні «ВОЛЕС» для ультразвукового дослідження

Замовлення: R39886
Стандарт: внутрішній
Дата випробувань: 12.12.2023
Температура: 25±5 °C
Дата виробництва: 2023-12
Дата завершення: 19.12.2023
Відносна вологість: 55±15%

Термін придатності	Партія	Кількість	Ширина (мм)
2028-11	23L38	3333,33 кг брутто	42

№	Тест	Допустимі критерії	Зразки (шт)	Результат тесту		Ті що не пройшли		Підсумковий результат
				Діапазон	Середній	Допустимі	Визначені	
1.0	1.1 Довжина, (мм)	≥ 210	13	214-220	217	N/B	N/B	Пройдено
	1.2 Ширина (мм) Номінальна ширина 42 мм	42±2	13	41,5-42	42	N/B	N/B	Пройдено
	1.3 Товщина (мм)	0.080 - 0.085	13	0,080-0,082	0,081	N/B	N/B	Пройдено
2.0	Сталі властивості розриву							
2.1	Тиск розриву (кПа)	≥ 1,00	80	1,60-3,30	2,73	5	0	Пройдено
2.2	Об'єм розриву (літри)	≥ 18,0	80	20,5-43,5	32,2	5	0	Пройдено
3.0	Властивості розриву при закінченні терміну придатності							
3.1	Тиск розриву (кПа)	≥ 1,00	80	1,50-3,05	2,5	5	0	Пройдено
3.2	Об'єм розриву (літри)	≥ 18,0	80	17,0-36,5	29,1	5	0	Пройдено
4.0	Тест на відсутність дірочок		80	-	80/80	2	0	Пройдено
5.0	Видимі дефекти		80	-	80/80	2	0	Пройдено
6.0	Індивідуальні контейнери на відкритість пломб		80	-	80/80	2	0	Пройдено
7.0	Лубрикант (змазка) мл	N/B	N/B	N/B	N/B	N/B	N/B	N/B
8.0	Цілісність пакування		32	-	32/32	2	0	Пройдено
9.0	Пакування та стікери		13	-	13/13	N/B	N/B	Пройдено

Альтернативний метод:

☒ МЕТОД 1
70±2 °C для 166±2

☐ МЕТОД 2
100±2 °C для 22±0,3

Висновок:

На підставі вищезазначеного аналізу тестування доволіно обраного розміру цього товару на основі ISO 2859, ця партія **ПРОЙШЛА ВНУТРІШНІ** вимоги інспекції.

Виробник:

Pleasure Latex Products Sdn. Bhd.

за адресою: Lot 5322, 15th Miles, Jalan Padang Gajah 45800 Jeram, Selangor Darul Ehsan, Malaysia (402137-W)
(Плесуре Латекс Продактс Сдн. Бхд., за адресою Лот 5322, 15 Миля, Джалан Паданг Гаджах 45800 Джерам, Селангор Дарул Ехсан Малайзія)

PLEASURE LATEX PRODUCTS SDN. BHD.

402137-W

Authorised Signature

Уповноважений представник виробника в Україні:

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛА МЕД»

проспект Героїв Сталінграда, буд. 2-Г, корпус 1, м. Київ, 04210, Україна, тел./факс 044 300 05 04,

