



UA.TR.098

Сертифікат якості

Голка двостороння «ВОЛЕС» розмір 21G (0,8x38мм) колір зелений для вакуумного забору крові, одноразового використання стерильна

Технічні характеристики	
Партія (LOT)	240630
Дата виробництва	2024-07
Термін придатності	2029-07
Матеріал голки	нержавіюча сталь
Розмір	21G (0,8x38мм) 1 ^{1/2}
Силіконізоване покриття голки	Так
Лазерний зріз голки	V-образне заточування голки лазером
Колір захисного футляру	Зелений з білою кришкою (за міжнародним стандартом – в залежності від розміру голки ISO 6710)
Мікробіологічний статус	Стерилізація етиленоксидом
Тип кріплення до тримача	Луер Лок
Маркування	Так/паперовий стікер з пунктирною лінією відкриття та контролю цілісності упаковки: назва виробу, партія, дата виробництва, термін використання, трилисник, маркування стерильності
Загальні характеристики	Фізіологічно нешкідливі. Лише для одноразового використання
Пакування	100 шт в картонному пакуванні/ 5000 шт в гофро ящику
Призначення	Для використання в комплекті для забору венозної крові в пацієнта
Сумісність з тримачами голок	Сумісна з тримачами (холдерами) ТМ ВОЛЕС

Виготовлено під знаком CE – відповідно до директиви 98/79/EC

Виробник та товар відповідають всім вимогам ISO 13485 та ISO 9001.

Стерилізація відповідає стандарту ISO 11135.

Призначення, опис виробу, протипоказання по використанню та умови експлуатації зазначені в інструкції по використанню.



Виробник:

BERPU MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.

No.14 Xingji Road, Yongxing Street, Longwan District, Wenzhou, Zhejiang, People's

Republic of China/Берпу Медікал Технолоджі Со., Лтд.,

№ 14 Хінджі Роуд Йонгхінг Стріт Лонгван Дістрікт, 325000 Венчжоу,

Чжецзян Провінс, Китайська Народна Республіка

Генеральний директор

Mr. Zhang Hongjie

Уповноважений представник виробника в Україні:

ТОВ «ЛА МЕД»,

04210, м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, 2-Г, корпус 1.

Директор

Шульга О.Л.

