

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

За запитом української компанії ТОВ «ЛА МЕД», даним листом ми підтверджуємо, що наша продукція була виготовлена відповідно стандартів якості країни Покупця.

Кат. номер	Найменування		LOT	Дата виробництва
236109	Пробірка вакуумна для збору крові VACUSERA®, 9мл, без наповнювача, 16x100мм, стерильна, з білою кришкою, IVD	2025-11	2456.0005.24	2024-05

Матеріал пробірки	ПЕТ (поліетилентерeftалат)
Матеріал кришки	Пробка з бутылкаучуку та зовнішній ковпачок з поліетилену білого кольору
Етикетка	Так. Паперова
Стерилізація:	Стерильно (гамма випромінювання)
Призначення	для in vitro діагностики
Загальні характеристики	Фізіологічно нешкідливі. Лише для одноразового використання
Ділення	Мітка рівня наповнення крові
Пакування	100 шт в одноразовому штативі; 12 штативів в гофро ящику

Вакуумні пробірки баз наповнювача використовуються для проведення біохімічних і генетичних досліджень сироватки. Також використовуються при проведенні різних імунологічних тестів та інших аналізів, чутливих до сторонніх агентам.

Області застосування:

- дослідження сироватки
- дослідження біологічних рідин

Виготовлено під знаком CE – відповідно до директиви 98/79/EC

Виробник та товар відповідають всім вимогам ISO 13485 та ISO 9001.



Продавець/виробник: DISERA TIBBİ MALZEME LOJİSTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İBNİ MELEK OSB MAH. TOSBİ YOL 5 SOKAK NO:46 TİRE - İZMİR - TURKEY офіс: 5758 SOKAK NO: 4 / F , KARABAĞLAR – İZMİR - TURKEY	Уповноважений представник виробника в Україні: Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛА МЕД», Україна, 04210, м. Київ, пр-т Героїв Сталінграда, 2-Г, кор.1.
---	---

DISERA TIBBİ MALZEME LOJİSTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GAZİEMİR VD. : 301 053 3601 Tic.Sic.No : Merkez 123171 K – 10769 Mersis No : 0301053360100013

Merkez : 5758 Sok. No:4/F PK.35110 - Karabağlar / İZMİR - TÜRKİYE

Fabrika : İbni Melek O.S.B Mah. Tosbi Yol 5 Sk. No: 46 Tire / İZMİR - TÜRKİYE

Tel : +90 (0232) 264 66 68 info@disera.com.tr

Faks : +90 (0232) 264 84 00 www.disera.com.tr