



Сертифікат якості

Виробник: Джіангсу Хуїда Медікал Інструментс Ко, Лтд., Квіньфен Вільдж, Вест Парк оф Саусіст Індастріал Парк, Яндонь Таун, Тінху Дістрікт, Яньчен Сіті, Джіангсу, Китай / Jiangsu Huida Medical Instruments Co., Ltd., Qingfeng Village, West Park of Southeast Industrial Park, Yandong Town, Tinghu District, Yancheng City, Jiangsu, China			
Назва виробу: Пробірка для мікропроб 0,5 ml (мл)			ЛОТ (партія): 012023
Дата виробництва: 2023.01			Термін придатності: 2028.01
Кількість: 560000шт.			Кількість зразків: 100 шт.
Застосований стандарт: Q/321284CBB07-2007			
Пункт перевірки	Технічні вимоги		Результат перевірки
Зовнішній вигляд	Поверхня пробірки повинна бути чистою, без сторонніх речовин, без плям, без подряпин, прозорою, стінки достатньо міцними, градування відповідне та чітке, з полем для записів		Відповідає
Специфікація	Тип Еппендорф, пробірка повинна мати інтегровану кришку		Відповідає
Об'єм	0,5 ml (мл)		Відповідає
Розмір	Діаметр по кришці	10±0,2 mm (мм)	Відповідає
	Довжина	30±1 mm (мм)	Відповідає
Матеріал	Високоякісний поліпропілен нетоксичний, без вмісту латексу		Відповідає
Стерильність	Не стерильна		Відповідає
Хімічні властивості	Апірогенність повинна відповідати показникам ≤0,5 EU/ml (ЄС/мл)		Відповідає
Біологічні властивості	Не повинно бути виявлено ДНКаза та/або РНКаза забруднення		Відповідає
Герметичність	Отвір у пробірці повинен бути міцним по краям, без дефектів, тріщин, заусениць, гладким, кришка повинна легко закриватися та щільно прилягати до стінок; після забору води у пробірку не повинно бути протікань		Відповідає
Ефективність	Матеріал пробірки повинен витримувати автоклавування при t° 121°C,		Відповідає
Пакування	500 шт/пак Пакування повинно бути герметичним, щоб запобігати потраплянню бруду та пилу		Відповідає
Висновок	Партія продукції відповідає вимогам Q/321284CBB07-2007		

Перевірів: Huang Meilan

Затвердив: Li Bing

Уповноважений представник в Україні:

ТОВ «ЛАБОРАТОРІЯ ГРАНУМ»

Україна, 61001 м. Харків

вул. Франківська, буд.14

тел./факс. +38(057) 752-32-31

www.granum.ua