



Сертифікат якості

Виробник: Джіангсу Канґґян Медікал Аппаратус Ко, Лтд., № 16 Жанкіань Роуд, Джіаньянь, 225500, Таїжоу, П.Р. Китай / Jiangsu Kangjian Medical Apparatus Co.,Ltd., No. 16, Zhanqian Road, Jiangyan 225500, Taizhou, P.R.China

Назва виробу	Система для забору капілярної крові Гранум з EDTA-K3	LOT (партія)	20220110	Дата виробництва	2022.01.10
Специфікація	Пробірка з капіляром, об'єм 0,2 ml (мл), наповнювач EDTA-K3,	Партія стерилізації	20220110	Термін придатності	2027.01.09
Норматив для дослідження	Q/321284CBV07-2010	Кількість	500 000 шт.	Кількість зразків для перевірки	100 шт

Показник, що контролюється	Технічні вимоги		Результати перевірки
Фізичні властивості	Якість зовнішньої поверхні	Зовнішня поверхня повинна прозорою, гладкою, достатньо кріпкою	Відповідає вимогам
	Зовнішні розміри	Повинні відповідати кресленню	Відповідає вимогам
	Випробування на герметичність	Сколів та місць протікання не виявлено, при утриманні води протікання відсутнє	Відповідає вимогам
	Прозорість	При нормальному освітленні воду видно неозброєним оком	Відповідає вимогам
	Доза антикоагуляційної речовини	Антикоагуляційна речовина має знаходитися у встановлених межах	0,75 мг - 1 мг/шт.
Об'єм зразку	Наповнення	200 мкл, 0,2 мл.	Відповідає вимогам
Біологічні властивості	Стерильність	Виріб повинен бути стерильним	Відповідає вимогам
Кольоровий код	Згідно вимог	Колір захисної кришки відповідає міжнародному стандарту кольорового кодування	Відповідає вимогам
Пакування	- Індивідуальна упаковка - Упаковка. - Транспортувальна упаковка.	- 1шт/уп. - 300шт/уп. - 3000 шт/уп.	Відповідає вимогам

Висновок: зазначена партія пройшла перевірку на відповідність, відповідає Стандарту Q/321284CBV07-2010 та вимогам ISO 6710:2017.

Печатка

Уповноважений представник в Україні:

ТОВ «ЛАБОРАТОРІЯ ГРАНУМ»

Україна, 61050 м. Харків

вул. Франківська, буд.14

тел./факс. +38(057) 752-32-31

www.granum.ua