



Сертифікат якості

Ми, **MEDTRUE ENTERPRISE CO., LTD**, надаємо даний сертифікат якості продукції для підтвердження якості та безпеки матеріалу, що використовується під час виробництва напальчників

LOT (ПАРТІЯ)	20233001	Дата виготовлення	2023.02.20	Термін придатності	2030.02.20	
Назва виробу	Напальчник медичний розмір L			Зразки	100 шт	
Параметр, що контролюється		Технічні вимоги		Отримані дані	Результат	
Міцність на розтягнення (МРА), перед старінням		≥23.5		27	кваліфіковано	
Розтягіння (%), перед старінням		≥750		820	кваліфіковано	
Міцність на розтягнення (МРА), після старіння		≥20.5		23	кваліфіковано	
Розтягіння (%), після старіння		≥750		780	кваліфіковано	
Зовнішній вигляд		має бути однорідного кольору, без проколів, надривів, сторонніх часточок та забруднень			кваліфіковано	
Злипання		після п'яти днів тестувань не виявлено			кваліфіковано	
Матеріал		натуральний латекс			кваліфіковано	
Колір		бежевий			кваліфіковано	
Технічні характеристики та розміри:		Вага, г	Ширина, мм	Довжина, мм	Товщина шару, мм	Подвійна товщина шару наконечника, мм
		0,52-0,55	27-30	65-70	0,21-0,24	0,27- 0,3
Висновок		продукція відповідає технічним вимогам				

Інспектор Mr. You Kang

Ми підтверджуємо, що матеріал, застосований під час виробництва, є безпечний та не наносить ніякої шкоди здоров'ю людини або навколишньому середовищу.

Печать



Уповноважений представник України:

ТОВ «ЛАБОРАТОРІЯ ГРАНУМ»

Україна, 61050 м. Харків

вул. Франківська, буд.14

тел./факс. +38(057) 752-32-31

www.granum.ua