



Сертифікат якості

Комплект для забору капілярної крові Гранум

QR8.2.3-1

Виробник: Джіангсу Канжян Медікал Аппаратус Ко, Лтд., № 16 Жанкіань Роуд, Джіаньянь, 225500, Таїжоу, П.Р. Китай / Jiangsu Kangjian Medical Apparatus Co.,Ltd., No. 16, Zhanqian Road, Jiangyan 225500, Taizhou, P.R.China			
Назва виробу: Комплект для забору капілярної крові Гранум, об'єм 1,0 ml (мл)			
Специфікація: скарифікатор Steel Гранум L – 1 шт.; піпетка об'ємом 1,0 ml (мл) – 1 шт.			
LOT (партія): 22525		Застосований стандарт: Q/321284CBB09	
Дата виробництва: 2022.08		Термін придатності: 2027.08	
Кількість: 150000шт.		Кількість зразків: 100 шт.	
Показник, що контролюється		Технічні вимоги	Результат перевірки
Біологічний стан	Стерильність	Повинен бути стерильним	Відповідає вимогам
	Початкова контамінація мікроорганізмами	Не більше ніж 1000 cfu/g (кол/г)	Відповідає вимогам
Хімічний стан	Залишкова кількість	Не більше ніж 10 cfu/g (кол/г)	Відповідає вимогам
Фізичний стан	Якість поверхні	Поверхня стінок піпетки повинна бути чистою, без плям, подряпин, тріщин або розривів	Відповідає вимогам
	Наповнення	Стінки вакуумної частини піпетки повинні бути достатньо пружними, щоб забезпечити якісний забір рідини	Відповідає вимогам
	Прозорість	Під час візуального огляду при нормальному освітленні повинна чітко проглядатися чистота та рівень забору води	Відповідає вимогам
	Загальний розмір	Має відповідати зразку	Відповідає вимогам
	Тест на витік	Не повинно буди дефектів в отворі, пошкоджень цілісності стінки; після забору води не має бути протікання	Відповідає вимогам
	Прозорість	При нормальному освітленні вода після забору має бути чистою	Відповідає вимогам
	Матеріал	Високоякісний поліпропілен та високоякісна медична нержавіюча сталь	Відповідає вимогам
	Пакування	Індивідуальне пакування кожної піпетки зі скарифікатором повинно бути герметично запаєним, без пошкоджень, забезпечувати збереження стерильності виробу	Відповідає вимогам
За результатами контролю якості, транспортні піпетки відповідають вимогам стандарту Q/321284CBB09			

Перевірів: Si Ying Li
Печатка

Затвердив: ZhengHua Huang

Уповноважений представник в Україні:
ТОВ «ЛАБОРАТОРІЯ ГРАНУМ»
Україна, 61001 м. Харків
вул. Франківська, буд.14
тел./факс. +38(057) 752-32-31
www.granum.ua

