



ТОВ «БЛАНІДАС»
01015, м. Київ, вул. Добровольчих Батальйонів, буд. 17
Код ЄДРПОУ 36423868
IBAN: UA573005280000026004101329428 в
АТ «ОТП Банк», м. Київ
Тел/Факс: 0800331502
help@lysoform.ua

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

Дата: 26.03.2025 р.

Назва продукції по НД	Гель для ультразвукового дослідження "Експерт гель"	Номер партії (серії)	25032621
Кількість продукції в серії	800 кг	Дата випуску продукції	26.03.2025

Дослідження проведенні по	ТФ №01-2019
---------------------------	-------------

№	Назва показників	Вимоги нормативно-технічної документації	Результати досліджень
1	Зовнішній вигляд	Однорідна гелеподібна рідина без сторонніх домішок	Відповідає
2	Колір	Використаної сировини або барвника	Безбарвний
3	Запах	Використаної сировини	Відповідає
4	Показник концентрації водневих іонів (одиниць рН 10 % водного розчину)	5,0-8,0	6,27
5	Густина при 20 °С, г/см ³	0,980 - 1,020	1
6	Вязкість, 25С, Ср: (при швидкості RPM та шпінделі -7)	9000-15000	-
7	Упаковка	Відповідно ТФ	Відповідає
8	Маркування	Відповідно ТФ	Відповідає
9	Електропровідність	Відсутня	Відповідає
10	Умови зберігання	при температурі від +10 °С до +25 °С	-
11	Термін придатності	36 місяців	-

Висновок: Засіб відповідає вимогам ТФ №01-2019.

Технолог

Никифоренко Г. О.

