

ТОВ «БЛАНІДАС»

01015, м. Київ, вул. Добровольчих

батальйонів, 17

Код ЄДРПОУ: 36423868

Тел.: 0 800 33 15 02

e-mail: help@lysoform.ua



СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ
Плівка медична рентгенівська
MEDIPHOT X-90N/RP-Синьочутлива рентгенівська плівка

Партія: 26843

Дата виготовлення: 10.2023

Термін придатності плівки 36 місяців з дати виготовлення

Характеристики плівки:

MEDIPHOT X-90N/RP – це листова плівка з двостороннім нанесенням емульсійного шару, сенсibiлізована в синій частині спектру, призначена для застосування з екранами синього, зеленого та комбінованого світіння, використовується для усіх видів діагностики, при ручній та автоматичній обробці у всіх типах проявних машин.

Висока розрізняльна здатність досягається завдяки поєднанню надтонкої технології Σ (сигма) LIC Grain та технології пересічного контролю, використаному при виробництві плівки MEDIPHOT X-90/RP.

Плівка має покращену антистатичну обробку.

Матеріал основи плівки MEDIPHOT X-90/RP – це 175 μm поліетилентерефтолат (лавсан) блакитного забарвлення з товщиною шару емульсії приблизно 5 μm . Вміст срібла від 5,2 г/м².

Сенситометрія та фізичні характеристики

Тип плівки	Формат плівки	Чутливість (Швидкість) ручна та машинна обробка S в P ⁻¹	Максимальна оптична щільність (Dmax)	Контрастність (Середній градієнт)	Груба вуаль (Dmin)*
X-90N/RP (MXS)	13x18	1200-2000	2,77-2,8	2,62-2,71	0,1-0,18
X-90N/RP (MXS)	18x24	1200-2000	2,78-2,79	2,61-2,72	0,1-0,18
X-90N/RP (MXS)	24x30	1200-2000	2,78-2,80	2,62-2,72	0,1-0,18
X-90N/RP (MXS)	30x40	1200-2000	2,79-2,80	2,62-2,72	0,1-0,18
X-90N/RP (MXS)	35x35	1200-2000	2,78-2,79	2,60-2,71	0,1-0,18
X-90N/RP (MXS)	35x43	1200-2000	2,78-2,80	2,62-2,71	0,1-0,18
X-90N/RP (MXS)	18x43	1200-2000	2,78-2,80	2,62-2,71	0,1-0,18

Вироби розроблені та виготовлені у відповідності з: ДСТУ EN ISO 13485:2018, ДСТУ EN ISO 14971:2015, ДСТУ EN ISO 15223-1:2018.

Сертифікат якості складено під цілковиту відповідальність виробника.

Даний виріб відповідає вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №753 від 2 жовтня 2013 р.

Начальник відділу якості

ТОВ «Бланідас»



Осташко В.В.