

Ф-7.5.1-13

Паспорт якості

№ 167 від 16.03.2023 р.

	Найменування продукції	№ партії (серії)	Дата виготовлення	Дійсний до
1	Газовідвідна трубка Fr 24 (діам.8,0)	0171221	2021-12	2026-12
2	Аспиратор ранового поля з в/к Янкауер Fr 24 L 220	0610123	2023-01	2028-01
3	Дренаж лапароскопічний Fr 14	2120222	2022-02	2027-02
		0060123	2023-01	2028-01
4	Катетер венозний підключичний KB-3 (Fr 6) (1,4)	1890223	2023-02	2028-02
5	Накінечник кружки Есмарха Fr 18	0080223	2023-02	2028-02

Найменування показника якості	Відповідність НД	Результати випробувань
1.Перевірка комплектності,маркування,та герметичності упаковки	Має відповідати НД	відповідає
2.Перевірка відповідності матеріалів	Має відповідати НД	відповідає
3.Перевірка зовнішнього вигляду та стану поверхонь	Має відповідати НД	відповідає
4.Перевірка основних і габаритних розмірів	Має відповідати НД	відповідає
5.Перевірка трубок на еластичність та стійкість до згинань	Має відповідати НД	відповідає
6.Перевірка міцності з'єднань виробів	Має відповідати НД	відповідає
7.Перевірка герметичності з'єднань	Має відповідати НД	відповідає
8. Перевірка самозатягуваності манжеток	Має відповідати НД	відповідає
9. Перевірка вістря голки	Має відповідати НД	відповідає

Стерилізація проведена газовим методом з допомогою оксиду етилену згідно з Технічною інструкцією виготовлення стерильної продукції медичного призначення
Температура °C 50°C Тиск,МПа -0,7-(1,0)МПа
К-сть оксиду етилену,л 100 мл

Гарантійний термін зберігання та термін експлуатації вказано на упаковці.

Умови зберігання –зберігати при температурі від +5 °C до +35 °C,уникати прямих сонячних променів.

Висновки:Вироби відповідають вимогам ТУ У 33.1-14146931-001:2004

Контролер ВТК Улятовська І.М.

(ПІБ)

(підпис)



32300 Україна

м.Кам'янець-Подільський

вул.Крип'якевича,3