

Ф-7.5.1-13

Паспорт якості

№ 701 від 18.11.2025 р.

	Найменування продукції	№ партії (серії)	Дата виготовлення	Дійсний до
1	Голка Куліковського G-15	0250925	2025-09	2030-09
2	Дренаж типу "Редон"(адаптер Жане) Fr 15	0981224	2024-12	2029-12
		1500625	2025-06	2030-06
3	Дренаж торакальний на м/с-троакарі Fr 12 діам 4,0	1090825	2025-08	2030-08
4	Дренаж торакальний на м/с-троакарі Fr 18 діам 6,0	0720825	2025-08	2030-08
5	Зонд назогастральний Fr 15 (д.5,0) L-1200 мм	3700925	2025-09	2030-09
6	Зонд назогастральний Fr 18 (д.6,0) L-1200 мм	4211025	2025-10	2030-10
7	Зонд шлунковий Fr 18 L-1200 мм	3291025	2025-10	2030-10
8	Катетер венозний підключичний KB-1 (Fr 4) (0,6)	3301025	2025-10	2030-10
9	Катетер венозний підключичний KB-2 (Fr 5) (1,0)	1550825	2025-08	2030-08
10	Катетер венозний підключичний KB-3 (Fr 6) (1,4)	1320925	2025-09	2030-09
11	Накінечник кружки Есмарха Fr 24	3981025	2025-10	2030-10

Найменування показника якості	Відповідність НД	Результати випробувань
1.Перевірка комплектності,маркування,та герметичності упаковок	Має відповідати НД	відповідає
2.Перевірка відповідності матеріалів	Має відповідати НД	відповідає
3.Перевірка зовнішнього вигляду та стану поверхонь	Має відповідати НД	відповідає
4.Перевірка основних і габаритних розмірів	Має відповідати НД	відповідає
5.Перевірка трубок на еластичність та стійкість до згинань	Має відповідати НД	відповідає
6.Перевірка міцності з'єднань виробів	Має відповідати НД	відповідає
7.Перевірка герметичності з'єднань	Має відповідати НД	відповідає
8.Перевірка самозатягуваності манжеток	Має відповідати НД	відповідає
9.Перевірка вістря голки	Має відповідати НД	відповідає

Стерилізація проведена газовим методом з допомогою оксиду етилену
згідно з Технічною інструкцією виготовлення стерильної продукції медичного призначення
Температура °C 50°C Тиск,МПа -0,7-(1,0)МПа
К-сть оксиду етилену,л 100 мл

Гарантійний термін зберігання та термін експлуатації вказано на упаковці.

Умови зберігання –зберігати при температурі від +5 °C до +35 °C,уникати прямих сонячних променів.

Висновки:Вироби відповідають вимогам ТУ У 33.1-14146931-001-2004

Контролер ВТК Дидик О.Д.
(ПІБ)

(підпис)



32300 Україна
м.Кам'янець-Подільський
вул.Крип'якевича,3