

Ф-7.5.1-13

Паспорт якості

№ 275 від 22.04.2024 р.

	Найменування продукції	№ партії (серії)	Дата виготовлення	Дійсний до
1	Аспіратор ранового поля Fr 18	0300623	2023-06	2028-06
2	Аспіратор ранового поля з в/к Янкауер Fr 24	1470424	2024-04	2029-04
3	Голка для встановлення підключич кат-ра KB-2(G-17)	1641023	2023-10	2028-10
4	Голка Куліковського G-15	0500324	2024-03	2029-03
5	Зонд назогастральний Fr 18 (д.6,0) L-1200 мм	2380324	2024-03	2029-03
		2860324	2024-03	2029-03
6	Зонд шлунковий Fr 21 L-1200 мм	3691123	2023-11	2028-11
		1141223	2023-12	2028-12
		0060424	2024-04	2029-04
7	Комплект для встан.венозного підкл.к-ра KB-3(Fr6)	0870424	2024-04	2029-04
8	Подовжувач дренажів (Жане-Жане) Fr 18	2381122	2022-11	2027-11
9	Подовжувач дренажів (Жане-Жане) Fr 24	1780821	2021-08	2026-08

Найменування показника якості	Відповідність НД	Результати випробувань
1.Перевірка комплектності,маркування,та герметичності упаковки	Має відповідати НД	відповідає
2.Перевірка відповідності матеріалів	Має відповідати НД	відповідає
3.Перевірка зовнішнього вигляду та стану поверхонь	Має відповідати НД	відповідає
4.Перевірка основних і габаритних розмірів	Має відповідати НД	відповідає
5.Перевірка трубок на еластичність та стійкість до згинань	Має відповідати НД	відповідає
6.Перевірка міцності з'єднань виробів	Має відповідати НД	відповідає
7.Перевірка герметичності з'єднань	Має відповідати НД	відповідає
8.Перевірка самозатягуваності манжеток	Має відповідати НД	відповідає
9.Перевірка вістря голки	Має відповідати НД	відповідає

Стерилізація проведена газовим методом з допомогою оксиду етилену згідно з Технічною інструкцією виготовлення стерильної продукції медичного призначення
Температура °С 50°С Тиск,МПа -0,7-(1,0)МПа
К-сть оксиду етилену,л 100 мл

Гарантійний термін зберігання та термін експлуатації вказано на упаковці.

Умови зберігання –зберігати при температурі від +5 °С до +35 °С,уникати прямих сонячних променів.

Висновки:Вироби відповідають вимогам ТУ У 33.1-14146931-001-2004

Контролер ВТК Дидик О.Д.
(ПІБ)

(підпис)



32300 Україна
м.Кам'янець-Подільський
вул.Крип'якевича,3