

KAMMEDФАБРИКА МЕДИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ
MEDICAL EQUIPMENT FACTORY

Ф-7.5.1-13

Паспорт якості

№ 42 від 28.01.2025 р.

Найменування продукції			
1	Найменування продукції	№ партії (серії)	Дата виготовлення
2	Голка для встановлення підключач кат-ра KB-3(G-15)	0341024	2024-10
3	Голка Куліковського G-15	1291224	2024-12
4	Дренаж типу "Редон"(адаптер Жане) Fr 15	0981224	2024-12
5	Зонд назогастральний Fr 15 (д.5,0) L-1200 мм	0101024	2024-10
6	Зонд назогастральний Fr 18 (д.6,0) L-1200 мм	3681224	2024-12
7	Накінечник кружки Есмарха Fr 24	0050125	2025-01
			Дійсний до
			2029-10
			2029-12
			2029-12
			2029-10
			2029-12
			2030-01

Найменування показника якості		
1.Перевірка комплектності,маркування,та герметичності упаковки	Відповідність НД	Результати випробувань
2.Перевірка відповідності матеріалів	Має відповідати НД	відповідає
3.Перевірка зовнішнього вигляду та стану поверхонь	Має відповідати НД	відповідає
4.Перевірка основних і габаритних розмірів	Має відповідати НД	відповідає
5.Перевірка трубчатості та стійкості до згинань	Має відповідати НД	відповідає
6.Перевірка міцності з'єднань виробів	Має відповідати НД	відповідає
7.Перевірка герметичності з'єднань	Має відповідати НД	відповідає
8.Перевірка самозатягуваності манжеток	Має відповідати НД	відповідає
9.Перевірка вістря голки	Має відповідати НД	відповідає
Стерилізація проведена газом методом з допомогою оксиду етилену		
згідно з Технічною інструкцією виготовлення стерильної продукції медичного призначення		
Температура °С	50°С	
К-сть оксиду етилену,л	100 мл	
Тиск,МПа		-0,7-(1,0)МПа

Гарантійний термін зберігання та термін експлуатації вказано на упаковці.

Умови зберігання –зберігати при температурі від +5 °С до +35 °С,уникати прямих сонячних променів.

Висновки:Вироби відповідають вимогам ТУ У 33.1-14146931-001-2004

Контролер ВТК

Дидик О.Д.

(ПІБ)

(підпис)



32300 Україна

м.Кам'янець-Подільський

вул.Крип'якевича,3