

Ф.7.5.1-13

Паспорт якості

№ 259 від 16.04.2024 р.

№	Найменування продукції	Серії (серії)	Дата виготовлення	Дійсний до
1	Катетер венозний підключний KB-1 (Fr 4) (0,6)	0470324 2260324 1330224	2024-03 2024-03 2024-02	2029-03 2029-03 2029-02
2	Катетер венозний підключний KB-2 (Fr 5) (1,0)	0821223	2023-12	2029-12

Найменування показника якості	Відповідність НД	Результати випробувань
1. Перевірка комплектності, маркування, та герметичності упаковки	Має відповідати НД	відповідає
2. Перевірка відповідності матеріалів	Має відповідати НД	відповідає
3. Перевірка зовнішнього вигляду та стану поверхонь	Має відповідати НД	відповідає
4. Перевірка основних і додаткових розмірів	Має відповідати НД	відповідає
5. Перевірка трубок на еластичність та стійкість до згинань	Має відповідати НД	відповідає
6. Перевірка міцності з'єднань виробів	Має відповідати НД	відповідає
7. Перевірка герметичності з'єднань	Має відповідати НД	відповідає
8. Перевірка самозатягуваності манжеток	Має відповідати НД	відповідає
9. Перевірка міцності голки	Має відповідати НД	відповідає

Стерилізація проводиться газосим методом з допомогою оксиду етилену
згідно з Технічною інструкцією виготовлення стерильної продукції медичного призначення
Температура °C 50°C Тиск, МПа -0,7-(-1,0)МПа
К-сть оксиду етилену, л 100 мл

Гарантійний термін зберігання та термін експлуатації вказано на упаковці.

Умови зберігання - зберігати при температурі від +5°C до +35°C уникати прямих сонячних променів.

Висновки: Вироби відповідають вимогам ТУ У 33.1-14146931-001-2004

Контролер ВТК Давак О.В.
(ПІБ)

(Підпис)



32300 Україна

м.Кам'янець-Подільський

вул.Крижівська,3