

Паспорт якості

№ 401 від 08.07.2025 р.

	Найменування продукції	№партії (серії)	Дата виговлення	Дійсний до
1	Накінечник кружки Есмарха Fr 24	0570625	2025-06	2030-06
2	Сильфон-гармошка для аспірації об'єм 150 мл	3670625	2025-06	2030-06
3	Канюля для промивання лакун мигдалини	0520425	2025-04	2030-04

Найменування показника якості	Відповідність НД	Результати випробувань
1.Перевірка комплектності,маркування,та герметичності упаковки	Має відповідати НД	відповідає
2.Перевірка відповідності матеріалів	Має відповідати НД	відповідає
3.Перевірка зовнішнього вигляду та стану поверхонь	Має відповідати НД	відповідає
4.Перевірка основних і габаритних розмірів	Має відповідати НД	відповідає
5.Перевірка трубок на еластичність та стійкість до згинань	Має відповідати НД	відповідає
6.Перевірка міцності з'єднань виробів	Має відповідати НД	відповідає
7.Перевірка герметичності з'єднань	Має відповідати НД	відповідає
8. Перевірка самозатягуваності манжеток	Має відповідати НД	відповідає
9. Перевірка вістря голки	Має відповідати НД	відповідає

9. Перевірка вістря голки		мас. частини на частини
Стерилізація проведена газом методом з допомогою оксиду етилену згідно з Технічною інструкцією виготовлення стерильної продукції медичного призначення		
Температура °C	50°C	Тиск, МПа
К-сть оксиду етилену, л	100 мл	-0,7-1(,0)МПа

Гарантійний термін зберігання та термін експлуатації вказано на упаковці.

Умови зберігання – зберігати при температурі від +5 °C до +35 °C, уникати прямих сонячних променів.

Висновки: Вироби відповідають вимогам ТУ У 33.1-14146931-001-2604

Контролер ВТК Дидик О.Д.
(ПІБ)

(підпис)



32300 Україна

м. Кам'янець-Подільський

вул.Крип'якевича,3