

Паспорт якості

№ 116 від 21.02.2023 р.

	Найменування продукції	№ партії (серії)	Дата виготовлення	Дійсний до
1	Дренаж торакальний на м/с-троакарі Fr 30\діам 10,0	0580223	2023-02	2028-02
2	Дренаж торакальний на м/с-троакарі Fr 18\діам 6,0	0040223	2023-02	2028-02
3	Дренаж торакальний на м/с-троакарі Fr 16\діам 5,3	0400223	2023-02	2028-02
4	Зонд інтубаційний (трансректальний) Fr 24	2081222 2901022	2022-12 2022-10	2027-12 2027-10
5	Зонд назогастральний Fr 18 (д.6,0) L-1200 мм	1670123	2023-01	2028-01
6	Зонд стравохідний типу "Блекмор" Fr 20 (діам 6,6)	1161222	2022-12	2027-12
7	Канюля для промивання лакун мигдалин	0280223	2023-02	2028-02
8	Катетер венозний підключичний KB-3 (Fr 6) (1,4)	0411222	2022-12	2027-12
9	Накінечник кружки Есмарха Fr 18	0080223	2023-02	2028-02
10	Накінечник кружки Есмарха Fr 24	1320223	2023-02	2028-02

Найменування показника якості	Відповідність НД	Результати випробувань
1.Перевірка комплектності,маркування,та герметичності упаковки	Має відповідати НД	відповідає
2.Перевірка відповідності матеріалів	Має відповідати НД	відповідає
3.Перевірка зовнішнього вигляду та стану поверхонь	Має відповідати НД	відповідає
4.Перевірка основних і габаритних розмірів	Має відповідати НД	відповідає
5.Перевірка трубок на еластичність та стійкість до згинань	Має відповідати НД	відповідає
6.Перевірка міцності з'єднань виробів	Має відповідати НД	відповідає
7.Перевірка герметичності з'єднань	Має відповідати НД	відповідає
8. Перевірка самозатягуваності манжеток	Має відповідати НД	відповідає
9. Перевірка вістря голки	Має відповідати НД	відповідає

Стерилізація проведена газовим методом з допомогою оксиду етилену згідно з Технічною інструкцією виготовлення стерильної продукції медичного призначення
Температура °С 50°С Тиск,МПа -0,7-(1,0)МПа
К-сть оксиду етилену,л 100 мл

Гарантійний термін зберігання та термін експлуатації вказано на упаковці.

Умови зберігання –зберігати при температурі від +5 °С до +35 °С,уникати прямих сонячних променів.

Висновки:Вироби відповідають вимогам ТУ У 33.1-14146931-001:2004

Контролер ВТК Улятовська І.М.

(ПІБ)

(підпис)



32300 Україна

м.Кам'янець-Подільський

вул.Крип'якевича,3