

Ф-7.5.1-13

Паспорт якості

№ 18 від 10.01.2024 р.

	Найменування продукції	№ партії (серії)	Дата виготовлення	Дійсний до
1	Аспіратор ранового поля Fr 24	0641223	2023-12	2028-12
		4551123	2023-11	2028-11
2	Голка для встановлення підключич кат-ра KB-2(G-17)	2990623	2023-06	2028-06
3	Голка для встановлення підключич кат-ра KB-3(G-15)	1231023	2023-10	2028-10
4	Дренаж торакальний на м/с-троакарі Fr 12 діам 4,0	0460623	2023-06	2028-06
5	Зонд шлунковий Fr 21 L-1200 мм	3691123	2023-11	2028-11
		1141223	2023-12	2028-12
6	Комплект для встан.венозного підкл.к-ра KB-3(Fr6)	0091023	2023-10	2028-10
7	Накінечник кружки Есмарха Fr 24	3771123	2023-11	2028-11

Найменування показника якості	Відповідність НД	Результати випробувань
1.Перевірка комплектності,маркування,та герметичності упаковки	Має відповідати НД	відповідає
2.Перевірка відповідності матеріалів	Має відповідати НД	відповідає
3.Перевірка зовнішнього вигляду та стану поверхонь	Має відповідати НД	відповідає
4.Перевірка основних і габаритних розмірів	Має відповідати НД	відповідає
5.Перевірка трубок на еластичність та стійкість до згинань	Має відповідати НД	відповідає
6.Перевірка міцності з'єднань виробів	Має відповідати НД	відповідає
7.Перевірка герметичності з'єднань	Має відповідати НД	відповідає
8. Перевірка самозатягуваності манжеток	Має відповідати НД	відповідає
9. Перевірка вістря голки	Має відповідати НД	відповідає

Стерилізація проведена газовим методом з допомогою оксиду етилену згідно з Технічною інструкцією виготовлення стерильної продукції медичного призначення
Температура °C 50°C Тиск,МПа -0,7-(1,0)МПа
К-сть оксиду етилену,л 100 мл

Гарантійний термін зберігання та термін експлуатації вказано на упаковці

Умови зберігання –зберігати при температурі від +5 °C до +35 °C,уникати прямих сонячних променів.

Висновки:Вироби відповідають вимогам ТУ У 33.1-14146931-001-2004

Контролер ВТК

Дидик О.Д.

(ПІБ)

(підпис)



32300 Україна

м.Кам'янець-Подільський

вул.Крип'якевича,3