

Ф-7.5.1-13

Паспорт якості

№ 779 від 10.11.2023 р.

	Найменування продукції	№ партії (серії)	Дата виготовлення	Дійсний до
1	Голка для встановлення підключич кат-ра KB-3(G-15)	0680923	2023-09	2028-09
2	Голка Куліковського G-15	0760923	2023-09	2028-09
3	Зонд інтубаційний (трансректальний) Fr 24	1960823	2023-08	2028-08
4	Зонд стравохідний типу "Блекмор" Fr 20 (діам 6,6)	3281023	2023-10	2028-10
5	Зонд стравохідний типу "Блекмор" Fr 20 (діам 6,6)	1221023	2023-10	2028-10
6	Катетер венозний підключичний KB-3 (Fr 6) (1,4)	0091023	2023-10	2028-10
7	Комплект для встан. венозного підкл. к-ра KB-3(Fr6)	2020723	2023-07	2028-07
7	Сильфон-гармошка для аспірації об'єм 350 мл			

Найменування показника якості	Відповідність НД	Результати випробувань
1. Перевірка комплектності, маркування, та герметичності упаковки	Має відповідати НД	відповідає
2. Перевірка відповідності матеріалів	Має відповідати НД	відповідає
3. Перевірка зовнішнього вигляду та стану поверхонь	Має відповідати НД	відповідає
4. Перевірка основних і габаритних розмірів	Має відповідати НД	відповідає
5. Перевірка трубок на еластичність та стійкість до згинань	Має відповідати НД	відповідає
6. Перевірка міцності з'єднань виробів	Має відповідати НД	відповідає
7. Перевірка герметичності з'єднань	Має відповідати НД	відповідає
8. Перевірка самозатягуваності манжеток	Має відповідати НД	відповідає
9. Перевірка вістря голки	Має відповідати НД	відповідає

Стерилізація проведена газовим методом з допомогою оксиду етилену згідно з Технічною інструкцією виготовлення стерильної продукції медичного призначення
Температура °C 50°C Тиск, МПа -0,7-(1,0) МПа
К-сть оксиду етилену, л 100 мл

Гарантійний термін зберігання та термін експлуатації вказано на упаковці.

Умови зберігання – зберігати при температурі від +5 °C до +35 °C, уникати прямих сонячних променів.

Висновки: Вироби відповідають вимогам ТУ У 33.1-14146931-001-2004

Контролер ВТК

Дидик О.Д.

(ПІБ)

(підпис)



32300 Україна

м. Кам'янець-Подільський

вул. Крип'якевича, 3