



ФАБРИКА МЕДИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ
MEDICAL EQUIPMENT FACTORY

Ф-7.5.1-13

Паспорт якості

№ 609 від 15.10.2025 р.

	Найменування продукції	№ партії (серії)	Дата виготовлення	Дійсний до
1	Голка для встановлення підключач кат-ра KB-1(G-19)	0720524	2024-05	2029-05
2	Голка для встановлення підключач кат-ра KB-2(G-17)	2110325 1210925	2025-03 2025-09	2030-03 2030-09
3	Дренаж типу "Редон"(адаптер Жане) Fr 24	1080225	2025-02	2030-02
4	Дренаж типу "Редон"(адаптер Жане) Fr 30	0400725	2025-07	2030-07
5	Зонд для ентерального харчування (дитячий) Fr 6	4320325 1260825	2025-03 2025-08	2030-03 2030-08
6	Зонд для ентерального харчування (дитячий) Fr 8	3661124	2024-11	2029-11
7	Зонд назогастральний Fr 18 (д.6,0) L-1200 мм	0231025	2025-10	2030-10
8	Зонд шлунковий Fr 21 L-1200 мм	0250725	2025-07	2030-07
9	Зонд шлунковий Fr 36 L-1200 мм	0671025	2025-10	2030-10
10	Катетер венозний підключачний KB-2 (Fr 5) (1,0)	0610425	2025-04	2030-04
11	Накінечник кружки Есмарха Fr 24	2010925	2025-09	2030-09

Найменування показника якості	Відповідність НД	Результати випробувань
1.Перевірка комплектності,маркування,та герметичності упаковки	Має відповідати НД	відповідає
2.Перевірка відповідності матеріалів	Має відповідати НД	відповідає
3.Перевірка зовнішнього вигляду та стану поверхонь	Має відповідати НД	відповідає
4.Перевірка основних і габаритних розмірів	Має відповідати НД	відповідає
5.Перевірка трубок на еластичність та стійкість до згинань	Має відповідати НД	відповідає
6.Перевірка міцності з'єднань виробів	Має відповідати НД	відповідає
7.Перевірка герметичності з'єднань	Має відповідати НД	відповідає
8. Перевірка самозатягуваності манжеток	Має відповідати НД	відповідає
9. Перевірка вістря голки	Має відповідати НД	відповідає

Стерилізація проведена газовим методом з допомогою оксиду етилену
згідно з Технічною інструкцією виготовлення стерильної продукції медичного призначення
Температура °С 50°С Тиск,МПа -0,7-(1,0)МПа
К-сть оксиду етилену,л 100 мл

Гарантійний термін зберігання та термін експлуатації вказано на упаковці.

Умови зберігання –зберігати при температурі від +5 °С до +35 °С,уникати прямих сонячних променів.

Висновки:Вироби відповідають вимогам ТУ У 33.1-14146931-001-2004

Контролер ВТК

Дидик О.Д.

(ПІБ)

(підпис)



32300 Україна

м.Кам'янець-Подільський

вул.Крип'якевича,3