

Ф-7.5.1-13

Паспорт якості

№ 464 від 24.06.2024 р.

	Найменування продукції	Непартії (серії)	Дата виговлення	Дійсний до
1	Зонд для ентерального харчування (дитячий) Fr 8	0750224	2024-02	2029-02
2	Зонд назогастральний Fr 18 (д.6,0) L-1200 мм	0950624	2024-06	2029-06
3	Зонд шлунковий Fr 21 L-1200 мм	2830624	2024-06	2029-06
4	Зонд шлунковий Fr 36 L-1200 мм	2910624	2024-06	2029-06
5	Катетер венозний підключичний KB-1 (Fr 4) (0,6)	1210524	2024-05	2029-05
6	Катетер пупковий KB-6 (Fr 6)	3801223	2023-12	2028-12
7	Накінечник кружки Есмарха Fr 18	0580624	2024-06	2029-06
8	Накінечник кружки Есмарха Fr 24	1010624	2024-06	2029-06
		1150624	2024-06	2029-06

Найменування показника якості	Відповідність НД	Результати випробувань
1.Перевірка комплектності,маркування,та герметичності упаковки	Має відповідати НД	відповідає
2.Перевірка відповідності матеріалів	Має відповідати НД	відповідає
3.Перевірка зовнішнього вигляду та стану поверхонь	Має відповідати НД	відповідає
4.Перевірка основних і габаритних розмірів	Має відповідати НД	відповідає
5.Перевірка трубок на еластичність та стійкість до згинань	Має відповідати НД	відповідає
6.Перевірка міцності з'єднань виробів	Має відповідати НД	відповідає
7.Перевірка герметичності з'єднань	Має відповідати НД	відповідає
8.Перевірка самозатягуваності манжеток	Має відповідати НД	відповідає
9.Перевірка вістря голки	Має відповідати НД	відповідає

Стерилізація проведена газовим методом з допомогою оксиду етилену
згідно з Технічною інструкцією виготовлення стерильної продукції медичного призначення
Температура °C 50°C Тиск,МПа -0,7(-1,0)МПа
К-сть оксиду етилену,л 100 мл

Гарантійний термін зберігання та термін експлуатації вказано на упаковці.

Умови зберігання –зберігати при температурі від +5 °C до +35 °C,уникати прямих сонячних променів.

Висновки:Вироби відповідають вимогам ТУ У 33.1-14146931-001-2004

Контролер ВТК

Дидик О.Д.

(ПІБ)

(підпис)



32300 Україна

м.Кам'янець-Подільський

вул.Крип'якевича,3