

Паспорт якості

№ 96 від 25.02.2025 р.

	Найменування продукції	№партії (серії)	Дата виговлення	Дійсний до
1	Аспиратор ранового поля з в/к Янкауер Fr 24	0770125 0910125	2025-01 2025-01	2030-01 2030-01
2	Голка Куліковського G-15	1291224	2024-11	2029-11
3	Дренаж типу "Редон"(адаптер Жане) Fr 12	3840824	2024-08	2029-08
4	Дренаж типу "Редон"(адаптер Жане) Fr 18	1350524	2024-05	2029-05
5	Зонд шлунковий Fr 36 L-1200 мм	0760125	2025-01	2030-01

Найменування показника якості	Відповідність НД	Результати випробувань
1.Перевірка комплектності,маркування,та герметичності упаковки	Має відповідати НД	відповідає
2.Перевірка відповідності матеріалів	Має відповідати НД	відповідає
3.Перевірка зовнішнього вигляду та стану поверхонь	Має відповідати НД	відповідає
4.Перевірка основних і габаритних розмірів	Має відповідати НД	відповідає
5.Перевірка трубок на еластичність та стійкість до згинань	Має відповідати НД	відповідає
6.Перевірка міцності з'єднань виробів	Має відповідати НД	відповідає
7.Перевірка герметичності з'єднань	Має відповідати НД	відповідає
8. Перевірка самозатягуваності манжеток	Має відповідати НД	відповідає
9. Перевірка вістря голки	Має відповідати НД	відповідає

9. Перевірка вістря голки

Стерилізація проведена газовим методом з допомогою оксиду етилену згідно з Технічною інструкцією виготовлення стерильної продукції медичного призначення

Температура °С	50°С	Тиск, МПа	-0,7-1,0)МПа
К-сть оксиду етилену, л	100 мл		

Гарантійний термін зберігання та термін експлуатації вказано на упаковці.

Умови зберігання – зберігати при температурі від +5 °C до +35 °C, уникати прямих сонячних променів.

Висновки: Вироби відповідають вимогам ТУ У 33.1-14146931-001-2004

Контролер ВТК

Дидик О.Д.

(ПИБ)

17
(підпис)



32300 Україна

м. Кам'янець-Подільський

вул.Крип'якевича,3