

KAMMEDФАБРИКА МЕДИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ
MEDICAL EQUIPMENT FACTORY

Ф-7.5.1-13

Паспорт якості

№ 677 від 07.11.2022 р.

Найменування продукції			
	Непартії (серії)	Дата виготовлення	Дійсний до
1	Аспіратор ранового поля з в/к Янкауер Fr 18 L 220	0780722	2022-07
2	Аспіратор ранового поля з в/к Янкауер Fr 24 L 220	2560622	2022-06
3	Накінечник кружки Есмарха Fr 18	1620722	2022-07
		3560022	2022-10
		1500822	2022-08


Найменування показника якості		
	Відповідність НД	Результати випробувань
1.Перевірка комплектності,маркування,та герметичності упаковки	Має відповідати НД	відповідає
2.Перевірка відповідності матеріалів	Має відповідати НД	відповідає
3.Перевірка зовнішнього вигляду та стану поверхонь	Має відповідати НД	відповідає
4.Перевірка основних і габаритних розмірів	Має відповідати НД	відповідає
5.Перевірка трубок на еластичність та стійкість до згинань	Має відповідати НД	відповідає
6.Перевірка міцності з'єднань виробів	Має відповідати НД	відповідає
7.Перевірка герметичності з'єднань	Має відповідати НД	відповідає
8. Перевірка самозатягуваності манжеток	Має відповідати НД	відповідає
9. Перевірка вістря голки	Має відповідати НД	відповідає

Стерилізація проведена газовим методом з допомогою оксиду етилену
згідно з Технічною інструкцією виготовлення стерильної продукції медичного призначення
Температура °C 50°C Тиск,МПа -0,7-(1,0)МПа
К-сть оксиду етилену,л 100 мл

Гарантійний термін зберігання та термін експлуатації вказано на упаковці.
Умови зберігання –зберігати при температурі від +5 °C до +35 °C,уникати прямих сонячних променів.

Висновки:Вироби відповідають вимогам ТУ У 33.1-14146931-001-2004

Контролер ВТК Улятовська І.М.
(ПІБ)


(підпис)



32300 Україна
м.Кам'янець-Подільський
вул.Крип'якевича,3