

Ф-7.5.1-13

Паспорт якості

№ 717 від 27.09.2024 р.

	Найменування продукції	№ партії (серії)	Дата виготовлення	Дійсний до
1	Зонд для ентерального харчування (дитячий) Fr 8	0830824	2024-08	2029-08
2	Зонд назогастральний Fr 15 (д.5,0) L-1200 мм	0830824 4020624	2024-08 2024-06	2029-08 2029-06
3	Зонд назогастральний Fr 18 (д.6,0) L-1200 мм	4600724	2024-07	2029-07
4	Зонд стравохідний типу "Блекмор" Fr 20 (діам 6,6)	3390724	2024-07	2029-07
5	Зонд шлунковий Fr 33 L-1200 мм	0960524 1750824	2024-05 2024-08	2029-04 2029-08

Найменування показника якості	Відповідність НД	Результати випробувань
1.Перевірка комплектності,маркування,та герметичності упаковки	Має відповідати НД	відповідає
2.Перевірка відповідності матеріалів	Має відповідати НД	відповідає
3.Перевірка зовнішнього вигляду та стану поверхонь	Має відповідати НД	відповідає
4.Перевірка основних і габаритних розмірів	Має відповідати НД	відповідає
5.Перевірка трубок на еластичність та стійкість до згинань	Має відповідати НД	відповідає
6.Перевірка міцності з'єднань виробів	Має відповідати НД	відповідає
7.Перевірка герметичності з'єднань	Має відповідати НД	відповідає
8. Перевірка самозатягуваності манжеток	Має відповідати НД	відповідає
9. Перевірка вістря голки	Має відповідати НД	відповідає

Стерилізація проведена газовим методом з допомогою оксиду етилену згідно з Технічною інструкцією виготовлення стерильної продукції медичного призначення

Температура °С	50°С	Тиск,МПа	-0,7-(1,0)МПа
К-сть оксиду етилену,л	100 мл		

Гарантійний термін зберігання та термін експлуатації вказано на упаковці.

Умови зберігання – зберігати при температурі від +5 °С до +35 °С, уникати прямих сонячних променів.

Висновки: Вироби відповідають вимогам ТУ У 33.1-14146931-001-2004

Контролер ВТК

Дидик О.Д.

(ПІБ)

(підпис)



32300 Україна

м. Кам'янець-Подільський

вул. Крип'якевича, 3