

№ 795 від 21.12.2022 р.

	Найменування продукції	№партії (серії)	Дата виговлення	Дійсний до
1	Катетер сечовивідний Fr 4	0920819	2019-08	2024-08
		0520920	2020-09	2025-09
		1300920	2020-09	2025-09
		3440920	2020-09	2025-09
		2170221	2021-02	2026-02
		1260221	2021-02	2026-02
		1010321	2021-03	2026-03

Найменування показника якості	Відповідність НД	Результати випробувань
1.Перевірка комплектності,маркування,та герметичності упаковки	Мас відповідати НД	відповідає
2.Перевірка відповідності матеріалів	Мас відповідати НД	відповідає
3.Перевірка зовнішнього вигляду та стану поверхонь	Мас відповідати НД	відповідає
4.Перевірка основних і габаритних розмірів	Мас відповідати НД	відповідає
5.Перевірка трубок на еластичність та стійкість до згинань	Мас відповідати НД	відповідає
6.Перевірка міцності з'єднань виробів	Мас відповідати НД	відповідає
7.Перевірка герметичності з'єднань	Мас відповідати НД	відповідає
8. Перевірка самозатягуваності манжеток	Мас відповідати НД	відповідає
9. Перевірка вістря голки	Мас відповідати НД	відповідає

Стерилізація проведена газовим методом з допомогою оксиду етилену згідно з Технічною інструкцією виготовлення стерильної продукції медичного призначення			
Температура °С	50°С	Тиск,МПа	-0,7-(1,0)МПа
К-сть оксиду етилену,л	100 мл		

Гарантійний термін зберігання та термін експлуатації вказано на упаковці.

Умови зберігання – зберігати при температурі від +5 °С до +35 °С, уникати прямих сонячних променів.

Висновки: Вироби відповідають вимогам ТУ У 33.1-14146931-001-2004

Контролер ВТК Улятовська І.М.

(ПИБ)

(підпис)



32300 Україна

м. Кам'янець-Подільський

вул.Крип'якевича,3