



ФАБРИКА МЕДИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ  
MEDICAL EQUIPMENT FACTORY

Ф-7.5.1-13

Паспорт якості

№ 669 від 02.09.2023 р.

|   | Найменування продукції                          | № партії<br>(серії) | Дата<br>виговлення | Дійсний<br>до      |
|---|-------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Зонд для ентерального харчування (дитячий) Fg 6 | 0920823<br>1270923  | 2023-08<br>2023-09 | 2028-08<br>2028-09 |

| Найменування показника якості                                  | Відповідність НД   | Результати<br>випробувань |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|
| 1.Перевірка комплектності,маркування,та герметичності упаковки | Має відповідати НД | відповідає                |
| 2.Перевірка відповідності матеріалів                           | Має відповідати НД | відповідає                |
| 3.Перевірка зовнішнього вигляду та стану поверхонь             | Має відповідати НД | відповідає                |
| 4.Перевірка основних і габаритних розмірів                     | Має відповідати НД | відповідає                |
| 5.Перевірка трубок на еластичність та стійкість до згинань     | Має відповідати НД | відповідає                |
| 6.Перевірка міцності з'єднань виробів                          | Має відповідати НД | відповідає                |
| 7.Перевірка герметичності з'єднань                             | Має відповідати НД | відповідає                |
| 8. Перевірка самозатягуваності манжеток                        | Має відповідати НД | відповідає                |
| 9. Перевірка вістря голки                                      | Має відповідати НД | відповідає                |

Стерилізація проведена газовим методом з допомогою оксиду етилену  
згідно з Технічною інструкцією виготовлення стерильної продукції медичного призначення  
Температура °C 50°C Тиск,МПа -0,7-(1,0)МПа  
К-сть оксиду етилену,л 100 мл

Гарантійний термін зберігання та термін експлуатації вказано на упаковці.

Умови зберігання –зберігати при температурі від +5 °C до +35 °C,уникати прямих сонячних променів.

Висновки:Вироби відповідають вимогам ТУ У 33.1-14146931-001-2004

Контролер ВТК

Дидик О.Д.

( ПІБ )

(підпис)



32300 Україна

м.Кам'янець-Подільський

вул.Крип'якевича,3