

Ф-7.5.1-13

Паспорт якості

№ 653 від 26.09.2023 р.

	Найменування продукції	№ партії (серії)	Дата виготовлення	Дійсний до
1	Голка для встановлення підключач кат-ра KB-3(G-15)	1040623	2023-06	2028-06
2	Голка Куліковського G-15	1290823	2023-08	2028-08
		0760923	2023-09	2028-09
3	Дренаж профільний Слабінського (Блейка) Fr 24	1740122	2022-01	2027-01
		2230523	2023-05	2028-05
4	Зонд назогастральний Fr 18 (д.6,0) L-1200 мм	1220923	2023-09	2028-09
5	Зонд шлунковий Fr 15 L-1200 мм	0950223	2023-02	2028-02
6	Зонд шлунковий Fr 21 L-1200 мм	1310923	2023-09	2028-09
7	Зонд шлунковий Fr 30 L-1200 мм	1720923	2023-09	2028-09
8	Катетер венозний підключичний KB-3 (Fr 6) (1,4)	3420923	2023-09	2028-09
9	Накінечник кружки Есмарха Fr 18	1010823	2023-08	2028-08
10	Накінечник кружки Есмарха Fr 24	2640823	2023-08	2028-08

Найменування показника якості	Відповідність НД	Результати випробувань
1.Перевірка комплектності,маркування,та герметичності упаковки	Має відповідати НД	відповідає
2.Перевірка відповідності матеріалів	Має відповідати НД	відповідає
3.Перевірка зовнішнього вигляду та стану поверхонь	Має відповідати НД	відповідає
4.Перевірка основних і габаритних розмірів	Має відповідати НД	відповідає
5.Перевірка трубок на еластичність та стійкість до згинань	Має відповідати НД	відповідає
6.Перевірка міцності з'єднань виробів	Має відповідати НД	відповідає
7.Перевірка герметичності з'єднань	Має відповідати НД	відповідає
8. Перевірка самозатягуваності манжеток	Має відповідати НД	відповідає
9. Перевірка вістря голки	Має відповідати НД	відповідає

Стерилізація проведена газовим методом з допомогою оксиду етилену згідно з Технічною інструкцією виготовлення стерильної продукції медичного призначення
Температура °C 50°C Тиск,МПа -0,7-(1,0)МПа
К-сть оксиду етилену,л 100 мл

Гарантійний термін зберігання та термін експлуатації вказано на упаковці.

Умови зберігання – зберігати при температурі від +5 °C до +35 °C, уникати прямих сонячних променів.

Висновки: Вироби відповідають вимогам ТУ У 33.1-14146931-001-2004

Контролер ВТК Дидик О.Д.
(ПІБ)

(підпис)



32300 Україна

м. Кам'янець-Подільський

вул. Крип'якевича, 3