

Ф-7.5.1-13

Паспорт якості

№ 762 від 06.11.2023 р.

	Найменування продукції	Непартії (серії)	Дата виготовлення	Дійсний до
1	Аспіратор ранового поля з в/к Янкауер Fr 18 L 220	3301023	2023-10	2028-10
2	Газовідвідна трубка Fr 24 (діам.8,0)	1041023 1611023 1570923	2023-10 2023-10 2023-09	2028-10 2028-10 2028-09
3	Голка для встановлення підключич кат-ра KB-3(G-15)	0850823	2023-08	2028-08
4	Дренаж типу "Редон"(адаптер Жане) Fr 30	1921023	2023-10	2028-10
5	Зонд назогастральний Fr 18 (д.6,0) L-1200 мм	2321023	2023-10	2028-10
6	Катетер венозний підключичний KB-1 (Fr 4) (0,6)	0170923	2023-09	2028-09
7	Накінечник кружки Есмарха Fr 18	3140923 1801323 0820923	2023-09 2023-10 2023-09	2028-09 2028-10 2028-09
8	Накінечник кружки Есмарха Fr 24	0121123	2023-11	2028-11
9	Сильфон-гармошка для аспірації об'єм 350 мл	1200923 2020723	2023-09 2023-07	2028-09 2028-07

Найменування показника якості	Відповідність НД	Результати випробувань
1.Перевірка комплектності,маркування,та герметичності упаковки	Має відповідати НД	відповідає
2.Перевірка відповідності матеріалів	Має відповідати НД	відповідає
3.Перевірка зовнішнього вигляду та стану поверхонь	Має відповідати НД	відповідає
4.Перевірка основних і габаритних розмірів	Має відповідати НД	відповідає
5.Перевірка трубок на еластичність та стійкість до згинань	Має відповідати НД	відповідає
6.Перевірка міцності з'єднань виробів	Має відповідати НД	відповідає
7.Перевірка герметичності з'єднань	Має відповідати НД	відповідає
8. Перевірка самозатягуваності манжеток	Має відповідати НД	відповідає
9. Перевірка вістря голки	Має відповідати НД	відповідає

Стерилізація проведена газовим методом з допомогою оксиду етилену
згідно з Технічною інструкцією виготовлення стерильної продукції медичного призначення
Температура °C 50°C Тиск,МПа -0,7-(1,0)МПа
К-сть оксиду етилену,л 100 мл

Гарантійний термін зберігання та термін експлуатації вказано на упаковці.

Умови зберігання –зберігати при температурі від +5 °C до +35 °C, уникати прямих сонячних променів.

Висновки:Вироби відповідають вимогам ТУ У 33.1-14146931-001-2004

Контролер ВТК Дидик О.Д.
(ПІБ)

(підпис)



32300 Україна

м.Кам'янець-Подільський

вул.Крип'якевича,3