

Ф-7.5.1-13

Паспорт якості

№ 563 від 20.09.2022 р.

	Найменування продукції	№ партії (серії)	Дата виготовлення	Дійсний до
1	Зонд для ентерального харчування (дитячий) Fr 8	1041221 0960122	2021-12 2022-01	2026-12 2027-01
2	Канюля для промивання лакун мигдалин	1380922	2022-09	2027-09
3	Катетер венозний підключичний KB-1 (Fr 4) (0,6)	1370922	2022-09	2027-09
4	Накінечник кружки Есмарха Fr 24	1640722 1270922	2022-07 2022-09	2027-07 2027-09

Найменування показника якості	Відповідність НД	Результати випробувань
1.Перевірка комплектності, маркування, та герметичності упаковки	Має відповідати НД	відповідає
2.Перевірка відповідності матеріалів	Має відповідати НД	відповідає
3.Перевірка зовнішнього вигляду та стану поверхонь	Має відповідати НД	відповідає
4.Перевірка основних і габаритних розмірів	Має відповідати НД	відповідає
5.Перевірка трубок на еластичність та стійкість до згинань	Має відповідати НД	відповідає
6.Перевірка міцності з'єднань виробів	Має відповідати НД	відповідає
7.Перевірка герметичності з'єднань	Має відповідати НД	відповідає
8. Перевірка самозатягуваності манжеток	Має відповідати НД	відповідає
9. Перевірка вістря голки	Має відповідати НД	відповідає

Стерилізація проведена газовим методом з допомогою оксиду етилену згідно з Технічною інструкцією виготовлення стерильної продукції медичного призначення

Температура °C	50°C	Тиск, МПа	-0,7-(1,0) МПа
К-сть оксиду етилену, л	100 мл		

Гарантійний термін зберігання та термін експлуатації вказано на упаковці.

Умови зберігання – зберігати при температурі від +5 °C до +35 °C, уникати прямих сонячних променів.

Висновки: Вироби відповідають вимогам ТУ У 33.1-14146931-001-2004

Контролер ВТК Улятовська І.М.

(ПІБ)

(підпис)



32300 Україна

м. Кам'янець-Подільський

вул. Крип'якевича, 3