

Ф-7.5.1-13

Паспорт якості

№ 193 від 29.03.2023 р.

	Найменування продукції	№ партії (серії)	Дата виготовлення	Дійсний до
1	Голка для встановлення підключач кат-ра KB-3(G-15)	1080323	2023-03	2028-03
2	Голка Куліковського G-15	2610223	2023-02	2028-02
3	Зонд інтубаційний (трансраз) Fr 18 3000 мм	0530323	2023-03	2028-03
4	Зонд назогастральний Fr 18 (д.6,0) L-1200 мм	0400323	2023-03	2028-03
5	Канюля для промивання лакун мигдалин	0770323	2023-03	2028-03
6	Катетер венозний підключичний KB-3 (Fr 6) (1,4)	0380223	2023-02	2028-02
7	Накінечник кружки Есмарха Fr 18	2650323	2023-03	2028-03
8	Накінечник кружки Есмарха Fr 24	1060323	2023-03	2028-03
		1210123	2023-10	2028-10
		2780223	2023-02	2028-02
		1110323	2023-03	2028-03
9	Аспиратор ранового поля з в/к Янкауер Fr 24 L 220	2140323	2023-03	2028-03
		0880323	2023-03	2028-03

Найменування показника якості	Відповідність НД	Результати випробувань
1.Перевірка комплектності,маркування,та герметичності упаковки	Має відповідати НД	відповідає
2.Перевірка відповідності матеріалів	Має відповідати НД	відповідає
3.Перевірка зовнішнього вигляду та стану поверхонь	Має відповідати НД	відповідає
4.Перевірка основних і габаритних розмірів	Має відповідати НД	відповідає
5.Перевірка трубок на еластичність та стійкість до згинань	Має відповідати НД	відповідає
6.Перевірка міцності з'єднань виробів	Має відповідати НД	відповідає
7.Перевірка герметичності з'єднань	Має відповідати НД	відповідає
8. Перевірка самозатягуваності манжеток	Має відповідати НД	відповідає
9. Перевірка вістря голки	Має відповідати НД	відповідає

Стерилізація проведена газовим методом з допомогою оксиду етилену згідно з Технічною інструкцією виготовлення стерильної продукції медичного призначення
Температура °C 50°C Тиск,МПа -0,7-(1,0)МПа
К-сть оксиду етилену,л 100 мл

Гарантійний термін зберігання та термін експлуатації вказано на упаковці.

Умови зберігання –зберігати при температурі від +5 °C до +35 °C,уникати прямих сонячних променів.

Висновки:Вироби відповідають вимогам ТУ У 33.1-14146931-001-2004

Контролер ВТК Улятовська І.М.

(ПІБ)

(підпис)



32300 Україна

м.Кам'янець-Подільський

вул.Крип'якевича,3