

KAMMED**ФАБРИКА МЕДИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ
MEDICAL EQUIPMENT FACTORY**

Ф-7.5.1-13

Паспорт якості

№ 527 від 07.08.2023 р.

	Найменування продукції	Непартії (серії)	Дата виготовлення	Дійсний до
1	Дренаж типу "Редон"(адаптер Жане) Fr 24	1130723	2023-07	2028-07
2	Дренаж типу "Редон"(з пластиковим троакаром) Fr 18	3031122	2022-11	2027-11
3	Дренаж торакальний на м/с-троакарі Fr 24\діам 8,0	2840623	2023-06	2028-06
4	Дренаж торакальний на м/с-троакарі Fr 30\діам 10,0	2160423	2023-04	2028-04
		2880323	2023-03	2028-03
		2440723	2023-07	2028-07

Найменування показника якості	Відповідність НД	Результати випробувань
1.Перевірка комплектності,маркування,та герметичності упаковки	Має відповідати НД	відповідає
2.Перевірка відповідності матеріалів	Має відповідати НД	відповідає
3.Перевірка зовнішнього вигляду та стану поверхонь	Має відповідати НД	відповідає
4.Перевірка основних і габаритних розмірів	Має відповідати НД	відповідає
5.Перевірка трубок на еластичність та стійкість до згинань	Має відповідати НД	відповідає
6.Перевірка міцності з'єднань виробів	Має відповідати НД	відповідає
7.Перевірка герметичності з'єднань	Має відповідати НД	відповідає
8. Перевірка самозатягуваності манжеток	Має відповідати НД	відповідає
9. Перевірка вістря голки	Має відповідати НД	відповідає

Стерилізація проведена газовим методом з допомогою оксиду етилену згідно з Технічною інструкцією виготовлення стерильної продукції медичного призначення

Температура °C	50°C	Тиск,МПа	-0,7-(1,0)МПа
К-сть оксиду етилену,л	100 мл		

Гарантійний термін зберігання та термін експлуатації вказано на упаковці.

Умови зберігання –зберігати при температурі від +5 °С до +35 °С,уникати прямих сонячних променів.

Висновки:Вироби відповідають вимогам ТУ У 33.1-14146931-001-2004

Контролер ВТК

Дидик О.Д.

(ПІБ)

(підпис)



32300 Україна

м.Кам'янець-Подільський

вул.Крип'якевича,3