

KAMMEDФАБРИКА МЕДИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ
MEDICAL EQUIPMENT FACTORY

Ф-7.5.1-13

Паспорт якості

№ 23 від 13.01.2023 р.

Найменування продукції			
1	Найменування продукції	№ партії (серії)	Дата виготовлення
1	Аспиратор ранового поля з в/к Янкауер Fr 24 L 220	1361222	2022-12
2	Голка для встановлення підключач кат-ра KB-1(G-19)	2621122	2022-11
3	Дренаж профільний Слабінського (Блейка) Fr 12	0140123	2023-01
4	Катетер венозний підключичний KB-1 (Fr 4) (0,6)	1051222	2022-12
5	Накінечник кружки Есмарха Fr 24	2290122	2022-01
		2051122	2022-11
		2311222	2022-12
		0330123	2023-01
			2027-12
			2027-11
			2028-01

Найменування показника якості		
1.Перевірка комплектності,маркування,та герметичності упаковок	Відповідність НД	Результати випробувань
2.Перевірка відповідності матеріалів	Має відповідати НД	відповідає
3.Перевірка зовнішнього вигляду та стану поверхонь	Має відповідати НД	відповідає
4.Перевірка основних і габаритних розмірів	Має відповідати НД	відповідає
5.Перевірка трубок на еластичність та стійкість до згинань	Має відповідати НД	відповідає
6.Перевірка міцності з'єднань виробів	Має відповідати НД	відповідає
7.Перевірка герметичності з'єднань	Має відповідати НД	відповідає
8. Перевірка самозатягуваності манжеток	Має відповідати НД	відповідає
9. Перевірка вістря голки	Має відповідати НД	відповідає
Стерилізація проведена газовим методом з допомогою оксиду етилену згідно з Технічною інструкцією виготовлення стерильної продукції медичного призначення		
Температура °C	50°C	Тиск,МПа
К-сть оксиду етилену,л	100 мл	-0,7-(1,0)МПа

Гарантійний термін зберігання та термін експлуатації вказано на упаковці.

Умови зберігання –зберігати при температурі від +5 °C до +35 °C, уникати прямих сонячних променів.

Висновки:Вироби відповідають вимогам ТУ У 33.1-14146931-001-2004

Контролер ВТК

Улятовська І.М.

(ПІБ)

(підпис)



32300 Україна

м.Кам'янець-Подільський

вул.Крип'якевича,3