

Ф-7.5.1-13

Паспорт якості

№ 653 від 30.10.2025 р.

	Найменування продукції	Непартії (серії)	Дата виготовлення	Дійсний до
1	Голка для встановлення підключич кат-ра KB-3(G-15)	1470925	2025-09	2030-09
2	Голка Куліковського G-15	0250925	2025-09	2030-09
3	Дренаж торакальний на м/с-троакарі Fr 30/діам 10	0090925	2025-09	2030-09
4	Зонд для ентерального харчування (дитячий) Fr 8	3651124	2024-11	2029-11
5	Зонд інтубаційний (трансректальний) Fr 24	0080125	2025-01	2030-01
6	Зонд назогастральний Fr 18 (д.6,0) L-1200 мм	2941025	2025-10	2030-10
7	Катетер венозний підключичний KB-3 (Fr 6) (1,4)	1260625	2025-06	2030-06
		1320925	2025-09	2030-09

Найменування показника якості	Відповідність НД	Результати випробувань
1.Перевірка комплектності,маркування,та герметичності упаковки	Має відповідати НД	відповідає
2.Перевірка відповідності матеріалів	Має відповідати НД	відповідає
3.Перевірка зовнішнього вигляду та стану поверхонь	Має відповідати НД	відповідає
4.Перевірка основних і габаритних розмірів	Має відповідати НД	відповідає
5.Перевірка трубок на еластичність та стійкість до згинань	Має відповідати НД	відповідає
6.Перевірка міцності з'єднань виробів	Має відповідати НД	відповідає
7.Перевірка герметичності з'єднань	Має відповідати НД	відповідає
8. Перевірка самозатягуваності манжеток	Має відповідати НД	відповідає
9. Перевірка вістря голки	Має відповідати НД	відповідає

Стерилізація проведена газовим методом з допомогою оксиду етилену
згідно з Технічною інструкцією виготовлення стерильної продукції медичного призначення
Температура °С 50°С Тиск,МПа -0,7-(1,0)МПа
К-сть оксиду етилену,л 100 мл

Гарантійний термін зберігання та термін експлуатації вказано на упаковці.

Умови зберігання –зберігати при температурі від +5 °С до +35 °С,уникати прямих сонячних променів.

Висновки:Вироби відповідають вимогам ТУ У 33.1-14146931-001-2004

Контролер ВТК

Дидик О.Д.

(ПІБ)

(підпис)



32300 Україна

м.Кам'янець-Подільський

вул.Крип'якевича,3