

Паспорт якості

№ 587 від 29.09.2022 р.

	Найменування продукції	№партії (серії)	Дата виговлення	Дійсний до
1	Аспіратор ранового поля з в/к Янкауер Fr 24 L 220	1620722	2022-07	2027-07
2	Газовідвідна трубка (дитяча) Fr 12 (діам. 4,0)	1230920	2020-09	2025-09
3	Дренаж типу "Редон"(з пластиковим троакаром) Fr 18	3060221	2021-02	2026-02
4	Катетер венозний підключичний KB-1 (Fr 4) (0,6)	2280922	2022-09	2027-09
5	Накінечник кружки Esmarx Fr 24	3200922	2022-09	2027-09

Найменування показника якості	Відповідність НД	Результати випробувань
1.Перевірка комплектності,маркування,та герметичності упаковки	Має відповідати НД	відповідає
2.Перевірка відповідності матеріалів	Має відповідати НД	відповідає
3.Перевірка зовнішнього вигляду та стану поверхонь	Має відповідати НД	відповідає
4.Перевірка основних і габаритних розмірів	Має відповідати НД	відповідає
5.Перевірка трубок на еластичність та стійкість до згинань	Має відповідати НД	відповідає
6.Перевірка міцності з'єднань виробів	Має відповідати НД	відповідає
7.Перевірка герметичності з'єднань	Має відповідати НД	відповідає
8.Перевірка самозатягуваності манжеток	Має відповідати НД	відповідає
9.Перевірка вістога голки	Має відповідати НД	відповідає

Температура °С	50°С	Тиск, МПа	-0,7-(-1,0) МПа
К-сть оксиду етилену, л	100 мл		

Гарантійний термін зберігання та термін експлуатації вказано на упаковці.

Умови зберігання – зберігати при температурі від +5 °С до +35 °С, уникати прямих сонячних променів.

Висновки: Вироби відповідають вимогам ТУ У 33.1-14146931-001:2004

Контролер ВТК Улятовська І.М.

(ПИБ)

(підпис)



32300 Україна

м. Кам'янець-Подільський

вул.Крип'якевича,3