

Φ-7.5.1-13

Паспорт якості

№ 353 від 16.05.2024 р.

	Найменування продукції	№партії (серії)	Дата виговлення	Дійсний до
1	Голка Куліковського G-15	1660424	2024-04	2029-04
2	Дренаж торакальний на м/с-троакарі Fr 12/діам 4,0	3220224	2024-02	2029-02
3	Дренаж торакальний на м/с-троакарі Fr 24/діам 8,0	2860424	2024-04	2029-04
4	Дренаж торакальний на м/с-троакарі Fr 30/діам 10,0	0641223	2023-12	2028-12
5	Зонд для ентерального харчування (дитячий) Fr 6	3210324	2024-03	2029-03
6	Зонд шлунковий Fr 30 L-1200 мм	0690424	2024-04	2029-04
7	Катетер венозний підключичний KB-1 (Fr 4) (0,6)	0470424	2024-04	2029-04
8	Катетер венозний підключичний KB-2 (Fr 5) (1,0)	1280623	2023-06	2028-06
9	Катетер пупковий KB-6 (Fr 6)	3801223	2023-12	2028-12
10	Накінечник кружки Есмарха Fr 18	1920424	2024-04	2029-04
11	Накінечник кружки Есмарха Fr 24	2810424	2024-04	2029-04
		2820424	2024-04	2029-04
		0080424	2024-04	2029-04

Найменування показника якості	Відповідність НД	Результати випробувань
1.Перевірка комплектності,маркування,та герметичності упаковки	Має відповідати НД	відповідає
2.Перевірка відповідності матеріалів	Має відповідати НД	відповідає
3.Перевірка зовнішнього вигляду та стану поверхонь	Має відповідати НД	відповідає
4.Перевірка основних і габаритних розмірів	Має відповідати НД	відповідає
5.Перевірка трубок на еластичність та стійкість до згинань	Має відповідати НД	відповідає
6.Перевірка міцності з'єднань виробів	Має відповідати НД	відповідає
7.Перевірка герметичності з'єднань	Має відповідати НД	відповідає
8. Перевірка самозатягуваності манжеток	Має відповідати НД	відповідає
9. Перевірка вістря голки	Має відповідати НД	відповідає

9. Перевірка вістря голки		
Стерилізація проведена газовим методом з допомогою оксиду етилену		
згідно з Технічною інструкцією виготовлення стерильної продукції медичного призначення		
Температура °C	50°C	Тиск, МПа
К-сть оксиду етилену, л	100 мл	-0,7-(1,0)МПа

Гарантійний термін зберігання та термін експлуатації вказано на упаковці.

Умови зберігання – зберігати при температурі від +5 °С до +35 °С, уникати прямих сонячних променів.

Висновки: Вироби відповідають вимогам ТУ У 33.1-14146931-001-2004

Контролер ВТК

Дидик О.Д.

(ПИБ)

(підпис)



32300 Україна

м. Кам'янець-Подільський

вул.Крип'якевича,3