

Ф-7.5.1-13



Паспорт якості

№ 289 від 24.04.2024 р.

Найменування продукції			
№	Найменування продукції	№ партії (серії)	Дата виготовлення
1	Дренаж торакальний на м/с-троакарі Fr 18 діам 6,0	1841223	2023-12
2	Дренаж торакальний на м/с-троакарі Fr 24 діам 8,0	1010424	2024-04
3	Дренаж торакальний на м/с-троакарі Fr 30 діам 10,0	2660424	2024-04
			Дійсний до
			2028-12
			2029-04
			2029-04

Найменування показника якості		
№	Найменування показника якості	Результати випробувань
1.	Перевірка комплектності, маркування, та герметичності упаковки	Відповідність НД
2.	Перевірка відповідності матеріалів	Має відповідати НД
3.	Перевірка зовнішнього вигляду та стану поверхонь	Має відповідати НД
4.	Перевірка основних і габаритних розмірів	Має відповідати НД
5.	Перевірка трубок на еластичність та стійкість до згинань	Має відповідати НД
6.	Перевірка міцності з'єднань виробів	Має відповідати НД
7.	Перевірка герметичності з'єднань	Має відповідати НД
8.	Перевірка самозатягуваності манжеток	Має відповідати НД
9.	Перевірка вістря голки	Має відповідати НД
	Стерилізація проведена газовим методом з допомогою оксиду етилену	Має відповідати НД
	згідно з Технічною інструкцією виготовлення стерильної продукції медичного призначення	Має відповідати НД
	Температура °С	50°С
	К-сть оксиду етилену, л	100 мл
		Тиск, МПа
		-0,7-(1,0) МПа

Гарантійний термін зберігання та термін експлуатації вказано на упаковці.

Умови зберігання – зберігати при температурі від +5 °С до +35 °С, уникати прямих сонячних променів.

Висновки: Вироби відповідають вимогам ТУ У 33.1-14146931-001-2004

Контролер ВТК

Дидик О.Д.

(ПІБ)

(підпис)



32300 Україна

м. Кам'янець-Подільський

вул. Крип'якевича, 3