

Ф-7.5.1-13

Паспорт якості

№ 16 від 25.02.2025 р.

№	Найменування продукції	№ партії (серії)	Дата виготовлення	Дійсний до
1	Голка для встановлення підключич кат-ра KB-3(G-15)	1900125	2025-01	2030-01
2	Голка Куліковського G-15	1291224	2024-12	2029-12
3	Дренаж типу "Редон"(адаптер Жане) Fr 18	1350524	2024-05	2029-05
4	Зонд назогастральний Fr 18 (д.6,0) L-1200 мм	1950225	2025-02	2030-02
		2030225	2025-02	2030-02
		0560225	2025-02	2030-02

Найменування показника якості	Відповідність НД	Результати випробувань
1.Перевірка комплекtnості,маркування,та герметичності упаковки	Має відповідати НД	відповідає
2.Перевірка відповідності матеріалів	Має відповідати НД	відповідає
3.Перевірка зовнішнього вигляду та стану поверхонь	Має відповідати НД	відповідає
4.Перевірка основних і габаритних розмірів	Має відповідати НД	відповідає
5.Перевірка трубок на еластичність та стійкість до згинань	Має відповідати НД	відповідає
6.Перевірка міцності з'єднань виробів	Має відповідати НД	відповідає
7.Перевірка герметичності з'єднань	Має відповідати НД	відповідає
8. Перевірка самозатягуваності манжеток	Має відповідати НД	відповідає
9. Перевірка вістря голки	Має відповідати НД	відповідає

Стерилізація проведена газовим методом з допомогою оксиду етилену
згідно з Технічною інструкцією виготовлення стерильної продукції медичного призначення
Температура °C 50°C Тиск,МПа -0,7-(1,0)МПа
К-сть оксиду етилену,л 100 мл

Гарантійний термін зберігання та термін експлуатації вказано на упаковці.

Умови зберігання –зберігати при температурі від +5 °C до +35 °C,уникати прямих сонячних променів.

Висновки:Вироби відповідають вимогам ТУ У 33.1-14146931-001-2004

Контролер ВТК Дидик О.Д.
(ПІБ)


(підпис)



32300 Україна
м.Кам'янець-Подільський
вул.Крип'якевича,3