

Ф-7.5.1-13

Паспорт якості

№ 211 від 15.04.2025 р.

	Найменування продукції	№ партії (серії)	Дата виготовлення	Дійсний до
1	Голка Куліковського G-15	1910125	2025-01	2030-01
2	Дренаж типу "Редон" (м'який Луер,Жане) Fr 15	0290325	2025-03	2030-03
3	Дренаж типу "Редон" (м'який Луер,Жане) Fr 18	1080425	2025-04	2030-04
4	Зонд для ентерального харчування (дитячий) Fr 6	0761024	2024-10	2029-10
5	Зонд назогастральний Fr 15 (д.5,0) L-1200 мм	3860325	2025-03	2030-03
6	Зонд шлунковий Fr 30 L-1200 мм	3080325	2025-03	2030-03
7	Катетер венозний підключичний KB-1 (Fr 4) (0,6)	2930225	2025-02	2030-02
8	Катетер сечовивідний Fr 4	1210425	2025-04	2030-04
9	Накінечник кружки Есмарха Fr 18	3451124	2024-11	2029-11
10	Накінечник кружки Есмарха Fr 24	0400425	2025-04	2030-04

Найменування показника якості	Відповідність НД	Результати випробувань
1.Перевірка комплектності,маркування,та герметичності упаковки	Має відповідати НД	відповідає
2.Перевірка відповідності матеріалів	Має відповідати НД	відповідає
3.Перевірка зовнішнього вигляду та стану поверхонь	Має відповідати НД	відповідає
4.Перевірка основних і габаритних розмірів	Має відповідати НД	відповідає
5.Перевірка трубок на еластичність та стійкість до згинань	Має відповідати НД	відповідає
6.Перевірка міцності з'єднань виробів	Має відповідати НД	відповідає
7.Перевірка герметичності з'єднань	Має відповідати НД	відповідає
8. Перевірка самозатягуваності манжеток	Має відповідати НД	відповідає
9. Перевірка вістря голки	Має відповідати НД	відповідає

Стерилізація проведена газовим методом з допомогою оксиду етилену
згідно з Технічною інструкцією виготовлення стерильної продукції медичного призначення
Температура °C 50°C Тиск,МПа -0,7-(1,0)МПа
К-сть оксиду етилену,л 100 мл

Гарантійний термін зберігання та термін експлуатації вказано на упаковці.

Умови зберігання –зберігати при температурі від +5 °C до +35 °C, уникати прямих сонячних променів.

Висновки:Вироби відповідають вимогам ТУ У 33.1-14146931-001-2004

Контролер ВТК Дидик О.Д.
(ПІБ)

(підпис)



32300 Україна

м.Кам'янець-Подільський

вул.Крип'якевича,3