



ФАБРИКА МЕДИЧНОГО ОБЛАТНАННЯ
MEDICAL EQUIPMENT FACTORY

Ф-7.5.1-13

Паспорт якості

№ 500 від 03.07.2024 р.

	Найменування продукції	Непартії (серії)	Дата виготовлення	Дійсний до
1	Аспиратор ранового поля з в/к Янкауер Fr 18	2130524	2024-05	2029-05
2	Голка для встановлення підключич кат-ра KB-3(G-15)	0760624	2024-06	2029-06
3	Зонд назогастральний Fr 18 (д.6,0) L-1200 мм	1840624	2024-06	2029-06
4	Зонд стравохідний типу "Блекмор" Fr 20 (діам 6,6)	3240524	2024-05	2029-05
5	Накінечник кружки Есмарха Fr 18	0580624	2024-06	2029-06
6	Накінечник кружки Есмарха Fr 24	4090624	2024-06	2029-06

Найменування показника якості	Відповідність НД	Результати випробувань
1.Перевірка комплектності,маркування,та герметичності упаковки	Має відповідати НД	відповідає
2.Перевірка відповідності матеріалів	Має відповідати НД	відповідає
3.Перевірка зовнішнього вигляду та стану поверхонь	Має відповідати НД	відповідає
4.Перевірка основних і габаритних розмірів	Має відповідати НД	відповідає
5.Перевірка трубок на еластичність та стійкість до згинань	Має відповідати НД	відповідає
6.Перевірка міцності з'єднань виробів	Має відповідати НД	відповідає
7.Перевірка герметичності з'єднань	Має відповідати НД	відповідає
8. Перевірка самозатягуваності манжеток	Має відповідати НД	відповідає
9. Перевірка вістря голки	Має відповідати НД	відповідає

Стерилізація проведена газовим методом з допомогою оксиду етилену
згідно з Технічною інструкцією виготовлення стерильної продукції медичного призначення
Температура °C 50°C Тиск,МПа -0,7-(1,0)МПа
К-сть оксиду етилену,л 100 мл

Гарантійний термін зберігання та термін експлуатації вказано на упаковці.

Умови зберігання –зберігати при температурі від +5 °C до +35 °C, уникати прямих сонячних променів.

Висновки:Вироби відповідають вимогам ТУ У 33.1-14146931-001-2004

Контролер ВТК Дидик О.Д.
(ПІБ)

(підпис)



32300 Україна

м.Кам'янець-Подільський

вул.Крип'якевича,3