

Ф-7.5.1-13

Паспорт якості

№ 865 від 13.12.2023 р.

	Найменування продукції	Непартії (серії)	Дата виготовлення	Дійсний до
1	Газовідвідна трубка (дитяча) Fr 6 (діам. 2,0)	2180323	2023-03	2028-03
2	Зонд шлуночковий Fr 30 L-1200 мм	1391223	2023-12	2028-12
3	Комплект для встан. венозного підкл. к-ра KB-3(Fr6)	0091023	2023-10	2028-10
4	Накінечник кружки Есмарха Fr 18	4271023	2023-10	2028-10
5	Накінечник кружки Есмарха Fr 24	3831023	2023-10	2028-10
		3841023	2023-10	2028-10

Найменування показника якості	Відповідність НД	Результати випробувань
1.Перевірка комплектності,маркування,та герметичності упаковок	Має відповідати НД	відповідає
2.Перевірка відповідності матеріалів	Має відповідати НД	відповідає
3.Перевірка зовнішнього вигляду та стану поверхонь	Має відповідати НД	відповідає
4.Перевірка основних і габаритних розмірів	Має відповідати НД	відповідає
5.Перевірка трубок на еластичність та стійкість до згинань	Має відповідати НД	відповідає
6.Перевірка міцності з'єднань виробів	Має відповідати НД	відповідає
7.Перевірка герметичності з'єднань	Має відповідати НД	відповідає
8. Перевірка самозатягуваності манжеток	Має відповідати НД	відповідає
9. Перевірка вістря голки	Має відповідати НД	відповідає

Стерилізація проведена газовим методом з допомогою оксиду етилену
згідно з Технічною інструкцією виготовлення стерильної продукції медичного призначення
Температура °С 50°С Тиск,МПа -0,7-(1,0)МПа
К-сть оксиду етилену,л 100 мл

Гарантійний термін зберігання та термін експлуатації вказано на упаковці.

Умови зберігання –зберігати при температурі від +5 °С до +35 °С,уникати прямих сонячних променів.

Висновки:Вироби відповідають вимогам ТУ У 33.1-14146931-001-2004

Контролер ВТК Дидик О.Д.

(ПІБ)

(підпис)



32300 Україна

м.Кам'янець-Подільський

вул.Крип'якевича,3