



ФАБРИКА МЕДИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ
MEDICAL EQUIPMENT FACTORY

Ф-7.5.1-13

Паспорт якості

№ 71 від 09.12.2024 р.

	Найменування продукції	№ партії (серії)	Дата виготовлення	Дійсний до
1	Аспиратор ранового поля з в/к Янкауер Fr 18	2280924 2480924	2024-09 2024-09	2029-09 2029-09
2	Газовідвідна трубка Fr 24 (діам.8,0)	0291124	2024-11	2029-11
3	Дренаж типу "Редон"(адаптер Жане) Fr 12	1811124	2024-11	2029-11
4	Зонд для ентерального харчування (дитячий) Fr 6	3110924	2024-09	2029-09
5	Зонд назогастральний Fr 18 (д.6,0) L-1200 мм	3821024	2024-10	2029-10
6	Зонд шлунковий Fr 18 L-1200 мм	1961124	2024-11	2029-11
7	Зонд шлунковий Fr 21 L-1200 мм	1961024	2024-10	2029-10
8	Комплект для встан.венозного підкл.к-ра KB-3(Fr6)	2681024	2024-10	2029-10
9	Накінечник кружки Есмарха Fr 18	1180824	2024-08	2029-08
10	Накінечник кружки Есмарха Fr 24	2191124	2024-11	2029-11

Найменування показника якості	Відповідність НД	Результати випробувань
1.Перевірка комплектності,маркування,та герметичності упаковки	Має відповідати НД	відповідає
2.Перевірка відповідності матеріалів	Має відповідати НД	відповідає
3.Перевірка зовнішнього вигляду та стану поверхонь	Має відповідати НД	відповідає
4.Перевірка основних і габаритних розмірів	Має відповідати НД	відповідає
5.Перевірка трубок на еластичність та стійкість до згинань	Має відповідати НД	відповідає
6.Перевірка міцності з'єднань виробів	Має відповідати НД	відповідає
7.Перевірка герметичності з'єднань	Має відповідати НД	відповідає
8. Перевірка самозатягуваності манжеток	Має відповідати НД	відповідає
9. Перевірка вістря голки	Має відповідати НД	відповідає

Стерилізація проведена газовим методом з допомогою оксиду етилену
згідно з Технічною інструкцією виготовлення стерильної продукції медичного призначення
Температура °С 50°С Тиск,МПа -0,7-(1,0)МПа
К-сть оксиду етилену,л 100 мл

Гарантійний термін зберігання та термін експлуатації вказано на упаковці.

Умови зберігання –зберігати при температурі від +5 °С до +35 °С,уникати прямих сонячних променів.

Висновки:Вироби відповідають вимогам ТУ У 33.1-14146931-001-2004

Контролер ВТК

Дидик О.Д.

(ПІБ)

(підпис)



32300 Україна

м.Кам'янець-Подільський

вул.Крип'якевича,3