

Ф-7.5.1-13

Паспорт якості

№ 684 від 09.10.2023 р.

Найменування продукції	Непартії (серії)	Дата виготовлення	Дійсний до
1 Аспіратор ранового поля Fr 24	2300923	2023-09	2028-09
2 Аспіратор ранового поля з в/к Янкауер Fr 18 L 220	0310723	2023-07	2028-07
3 Дренаж профільний Слабінського (Блейка) Fr 18	1220623	2023-06	2028-06
	2330523	2023-05	2028-05
4 Накінечник кружки Есмарха Fr 18	3140923	2023-09	2028-09
5 Накінечник кружки Есмарха Fr 24	3430923	2023-09	2028-09
	1170923	2023-09	2028-09
6 Катетер венозний підключичний KB-3 (Fr 6) (1,4)	2360823	2023-08	2028-08
	1610823	2023-08	2028-08

Найменування показника якості	Відповідність НД	Результати випробувань
1.Перевірка комплектності,маркування,та герметичності упаковки	Має відповідати НД	відповідає
2.Перевірка відповідності матеріалів	Має відповідати НД	відповідає
3.Перевірка зовнішнього вигляду та стану поверхонь	Має відповідати НД	відповідає
4.Перевірка основних і габаритних розмірів	Має відповідати НД	відповідає
5.Перевірка трубок на еластичність та стійкість до згинань	Має відповідати НД	відповідає
6.Перевірка міцності з'єднань виробів	Має відповідати НД	відповідає
7.Перевірка герметичності з'єднань	Має відповідати НД	відповідає
8. Перевірка самозатягуваності манжеток	Має відповідати НД	відповідає
9. Перевірка вістря голки	Має відповідати НД	відповідає

Стерилізація проведена газовим методом з допомогою оксиду етилену
згідно з Технічною інструкцією виготовлення стерильної продукції медичного призначення
Температура °C 50°C Тиск,МПа -0,7-(1,0)МПа
К-сть оксиду етилену,л 100 мл

Гарантійний термін зберігання та термін експлуатації вказано на упаковці.

Умови зберігання –зберігати при температурі від +5 °C до +35 °C,уникати прямих сонячних променів.

Висновки:Вироби відповідають вимогам ТУ У 33.1-14146931-001-2004

Контролер ВТК Дидик О.Д.
(ПІБ)

(підпис)



32300 Україна
м.Кам'янець-Подільський
вул.Крип'якевича,3