

№ 763 від 16.10.2024 р.

Найменування показника якості	Відповідність НД	Результати випробувань
1.Перевірка комплектності,маркування,та герметичності упаковки	Мас відповідати НД	відповідає
2.Перевірка відповідності матеріалів	Мас відповідати НД	відповідає
3.Перевірка зовнішнього вигляду та стану поверхонь	Мас відповідати НД	відповідає
4.Перевірка основних і габаритних розмірів	Мас відповідати НД	відповідає
5.Перевірка трубок на еластичність та стійкість до згинань	Мас відповідати НД	відповідає
6.Перевірка міцності з'єднань виробів	Мас відповідати НД	відповідає
7.Перевірка герметичності з'єднань	Мас відповідати НД	відповідає
8. Перевірка самозатягуваності манжеток	Мас відповідати НД	відповідає
9. Перевірка вістря голки	Мас відповідати НД	відповідає
Стерилізація проведена газовим методом з допомогою оксиду етилену згідно з Техніч. умовами	Мас відповідати НД	відповідає

Температура °С	50°С	Тиск, МПа	медичного призначення
К-сть оксиду етилену, л	100 мл		-0,7-(1,0)МПа

Умови зберігання – зберігати при температурі від +5 °C до +35 °C, уникати прямих сонячних променів.

Висновки: Вироби відповідають вимогам ТУ У 33.1-14146931-001-2004

Контролер ВТК Дидик О.Д.

(ПИБ)

(підпис)



32300 Україна

м. Кам'янець-Подільський

вул.Крип'якевича,3